



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

EDITAL

**PROCESSO Nº 040/2024 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
011/2024**

PREÂMBULO

PROCESSO Nº:	040/2024
INTERESSADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG
DATA E HORARIO DA SESSÃO:	DATA: 13 de agosto de 2024 HORA: 09:00 (horário de Brasília-DF)
OBJETO:	A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar , para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.
TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DEJULGAMENTO	MENOR PREÇO POR ITEM
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA:	Sala da Comissão de Licitações e Contratos no Predio da Prefeitura Municipal, com sede na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG.
VALOR TOTAL ESTIMADO:	
REGIME DE EXECUÇÃO	Entrega parcelada
PREGOEIRO	Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz
AMPARO LEGAL:	Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço https://www.morrodagarca.mg.gov.br a partir da data de sua publicação. Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Comissão de Licitação, Fone: (38) 3725-1105 e 3725-1110 e-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

EDITAL

PROCESSO Nº 040/2024 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024

POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP OU EQUIPARADAS

LEI 14.133/2024

O **MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.040/0001-06, faz saber aos interessados que fará realizar no dia **13 de agosto de 2024, às 09:00 horas (horário de Brasília-DF)**, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024 – Por Sistema Registro de Preço, para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital, do tipo **Menor Preço Por Item**, modo de disputa – **ABERTO**.

Data: 13 de agosto de 2024.

Hora: 09:00 horas (horário de Brasília-DF)

Local: Sala da Comissão de Licitações situada na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

1.2. Especificação do objeto:

Item	Qtd.	Descrição	Unidade
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente 70mm; pressão +-10g/mm2; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	Unidade
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY	Unidade
005	01	ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm ²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena ($\varnothing=4,5\text{mm}$); eletrodo tipo bola ($\varnothing= 2,1\text{mm}$); eletrodo tipo bola ($\varnothing= 4,2\text{mm}$); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg	
006	01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema</p>	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações</p>	
--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA: 420 litros DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof. DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof. FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz. SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001 GARANTIA - 12 meses SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420	
007	04	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. ESPECIFICAÇÕES: Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min; Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm; Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%; Voltagem: 110 Volts; Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 17psi; Ruído: <50dB; Peso líquido: 24Kg; Potência Elétrica:610W; Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%; Registro ANVISA: 80488290037 Garantia: 3 anos Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V	Unidade
008	30	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm. Na cor branca.	
009	200	REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das bactérias. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade
010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSÉPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas	Litro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		brancas e coloridas que apresentem manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA	
015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade
017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO C/ REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.	Kilo
019	300	HIPOCLORITO A 1% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo	Pacote



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40 x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.	Caixa
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE - ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE - INFANTIL - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.	
030	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO OBESO – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

032	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.	Unidade
033	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.	Unidade
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR - 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.	Unidade
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE - 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		300 ml.	
038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		estéril.	
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadarço; 100% puro algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.	Pacote
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		periférica, para infusões de curto prazo. Nº 20	
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22	Unidade
055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	Unidade
057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		nuca. Tamanho: INFANTIL	
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.	Unidade
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ;	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com Registro na Anvisa.	Unidade
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	
067	15	<p>DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade.</p> <p>Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal.</p> <p>Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais. Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm.</p> <p>Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.</p>	Unidade
068	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa</p>	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL</p>	
069	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DE CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.</p>	Unidade
070	150	<p>ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos</p>	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de fabricação ou materiais.	
071	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	Caixa
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	
073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusão de soluções parenterais estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	Unidade
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipos para nutrição enteral macrogotas.	Unidade
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote
076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade
078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	
080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: grande	Unidade
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio	
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO – PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	Unidade
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Espardrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Rolo
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Espardrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme	Rolo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.	
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	Caixa
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor;	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	
102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.	Unidade
103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade
106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade
107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro
109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.	Caixa
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.	
115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio	Tubo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.	
117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO -IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa
122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.	Caixa
126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade
130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G	
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	Caixa
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES -Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P	Caixa
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas) com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixa
142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandrill tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandrill tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	Unidade
144	50	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.	Unidade
145	20	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtração de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vasculal (aterosclerose); Visor colorido de LED	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO2 abaixo de 90%; Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria; abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.	
149	10	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	Pacote
150	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
151	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
152	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado	Rolo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch 3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	Rolo
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.	Pacote
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE -Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação	Unidade
159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.	Unidade
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde	Unidade
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: laranja	
176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	Unidade
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO;	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL; DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12, 49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.	Unidade
185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade do balão 30cc).	
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica com lastro e mandril (sonda nasoenteral) - possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.	
189	50	<p>SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.</p> <ul style="list-style-type: none">- Espessura da sonda: 4,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único);- Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.- Produto com validade. <p style="text-align: center;">- Reg. ANVISA e Reg. MS</p>	Unidade
190	600	<p>SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.</p>	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML -Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade
201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água. Registro ANVISA.	Unidade
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	Unidade
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO- CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/ SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	Unidade
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.	Unidade
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	
212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade
213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm	Unidade
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	Unidade
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	Unidade
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm	Unidade
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC – Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	Unidade
224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm	Unidade
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; válvula de segurança; fluxômetro; fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.	
--	---	--

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Esta licitação será realizada com as condições estabelecidas neste edital, e será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes ao objeto.

2.2. A pregoeira e equipe que conduzirá esse certame foi nomeada pela Portaria nº 161/2024.

2.3. A utilização da forma presencial no presente Pregão se **justifica** tendo em vista que o artigo 176 da Lei 14.133/2021 dá um prazo maior para os Municípios de até 20.000 habitantes, como é o caso de Morro da Garça – Minas Gerais, até se adequarem à forma eletrônica:

“Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

(...)

II. da obrigatoriedade da realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei,”

2.3.1. Além da previsão constante na Legislação Federal, o Decreto Municipal nº 3609/2024, que regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal 14.133/2021, estabelece que:

“Art. 31. Nas aquisições de bens ou serviços comuns na modalidade pregão, que envolvam produtos de pequenas empresas ou de produtores rurais, estabelecidos no local, salvo razões fundamentadas, deverá ser dada preferência pela utilização do pregão presencial”.

2.3.2. A Lei 14.133/2021 também prevê, no § 2º do artigo 17 que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

2.4. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizada na sede deste Município – Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG. O Credenciamento será feito na própria sessão de abertura.

2.5. O Edital encontra-se à disposição dos interessados para consulta e estudo junto a Comissão de Licitação deste Município, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes. As planilhas de proposta e credenciamento, de caráter não obrigatório, poderão ser enviadas por “e-mail” ou disponibilizados para retirada dos licitantes interessados em “cd” ou “pendrive” no endereço acima estipulado.

2.6. As empresas interessadas em participar do certame poderão, obter o Edital pelo site: www.morrodagarca.mg.gov.br, dúvidas poderão ser informadas através do e-mail: licitacao@morrodagarca.mg.gov.br, os dados básicos de cadastramento (Razão Social, Endereço, CNPJ, Telefone Comercial, Pessoa de Contato e telefones). Este pré agendamento não é de caráter obrigatório, visa apenas criar condições para que a Pregoeira possa enviar quaisquer comunicados, esclarecimentos e/ou observações pertinentes ao processo licitatório, caso seja necessário.

2.7. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

2.8. Será concedida vistas de toda a documentação apresentada, de maneira individual, para cada um dos licitantes.

2.9. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II – PROPOSTA - MODELO E OBSERVAÇÕES

ANEXO II-B - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

3. LOCAL E DATA

3.1. A licitação será realizada no dia 13 de agosto de 2024, às 09h00 (horário de Brasília-DF), no endereço Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG, Sala de Licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, **com objeto social pertinente e compatível com o certame**, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

4.1.1. Licitação exclusiva para ME, EPP ou Equiparadas, do ramo de atividades pertinentes ao objeto da Contratação, que preencherem as condições de credenciamento constante neste edital.

4.1.2. Quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempreendedor, microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório nos itens exclusivo, a Pregoeira convocará as demais licitante(s) para participar(em) deste item, conforme art. 49, inciso II da Lei Complementar 123/06.

4.2. Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as disposições deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei nº 14.133/2021).

4.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Morro da Garça/MG, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

4.4. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e leis aplicáveis.

4.5. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia simples, desde que devidamente LEGÍVEL, ressaltado o direito da comissão em solicitar o original para comparação.

4.6. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.

4.7. É vedada a participação de empresas:

4.7.1. Concordatária, ou em recuperação judicial, ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

4.7.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará(ão) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem prejuízo da cobrança de perdas e danos.

4.7.3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

4.7.4. Pessoa física ou jurídica que incidirem nas hipóteses previstas no § 1º e § 2º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

4.7.5. empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

4.7.6. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor do Município de Morro da Garça/MG, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores do mesmo.

4.7.7. As empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar desta licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO (A) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (B)

5.1. Os envelopes, respectivamente Proposta de Preços (Envelope A) e Documentos de Habilitação (Envelope B), deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, os seguintes dizeres:

NOME DA EMPRESA

ENVELOPE Nº A - PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024

NOME DA EMPRESA

ENVELOPE Nº B - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024

5.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- 5.3. A proposta deverá estar rubricada em suas páginas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;
- 5.4. A proponente somente poderá apresentar uma única proposta podendo concorrer por quantos itens for de seu interesse.
- 5.5. Os documentos de habilitação (Envelope B) poderão ser apresentados em original, por cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor municipal, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet;
- 5.6. A aceitação da documentação por cópia simples de documento público ou particular ficará condicionada à apresentação do original a Pregoeira e equipe, para a devida autenticação ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
- 5.7. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da Pregoeira;
- 5.8. A Pregoeira não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será considerada inabilitada.
- 5.9. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

6. DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS”

- 6.1. No Envelope “Proposta de Preços” constará a carta-proposta, devendo esta informar o prazo para entrega, informações complementares contidas no ANEXO II, caso existam, e:
- 6.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via datilografada ou editorada por computador, em língua portuguesa, com linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Podendo ser apresentada no modelo do ANEXO II fornecido pela Comissão ou segundo seu modelo próprio. Para facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos os licitantes poderão baixar no site da Prefeitura a planilha padrão de preenchimento, deverá ser fornecida a essa comissão em meio magnético (CD ou Pendrive) no momento da entrega do envelope de proposta, contendo especificação dos produtos cotados, marca, preço unitário e total segundo as exigências mínimas apresentadas no Anexo II deste Edital. O referido procedimento agilizará a análise das propostas e reduzirá os erros de elaboração das mesmas.
- 6.1.2. Indicar na proposta os seguintes itens:
- razão social da Proponente
 - endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP, (UF).
 - telefone e endereço eletrônico (e-mail).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

d) Banco, número da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame.

e) Prazo de entrega.

6.1.3. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope "proposta". Se a proposta não informar este prazo será esta a validade considerada.

6.1.4. As propostas deverão conter: **item; unidade; quantidade; descrição do produto; preço unitário e total e marca dos produtos ofertados**, vedada a indicação de mais de uma fabricante para cada item, bem como sua substituição durante o julgamento desta licitação. Se houver dúvidas quanto aos produtos ofertados em relação ao solicitado no edital poderá ser solicitado amostra para fins de conferência e esclarecimento, conforme o caso.

6.1.5. O Fornecedor/Prestador de Serviços deverá cumprir rigorosamente com os prazos de entrega, devendo o objeto ser de boa qualidade, obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes que atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes;

6.1.6. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como: fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo de garantia, se for o caso.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da forma seguinte:

a.1.) Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o que mais se aproximar da soma total da proposta, mantendo-se os valores unitários;

a.2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

a.3.) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total;

a.4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.

b) O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.

c) O valor final total ofertado na fase de lances poderá ser ajustado no valor do lance ou a menor quando da apresentação de nova proposta, devendo esta ser apresentada com cálculos exatos observando a quantidade de casas decimais estabelecidas no item 6.1.6.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página n° _____

c.1) A proposta deverá conter preço para os itens cotados a qual a empresa esteja apresentado preço.

6.1.7. A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho de 1995.

6.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais.

6.3. Deverá constar na proposta ou em anexo à ela declaração de que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, de acordo com o disposto no parágrafo § 1º art. 63 da Lei nº 14.133/2021, conforme modelo constante no ANEXO II-B – DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA.

6.4. A não apresentação das DECLARAÇÕES/INFORMAÇÕES mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

6.5. O licitante poderá concorrer e a adjudicação do objeto ocorrerá como consequência da melhor proposta ofertada, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que a adjudicação do objeto dependerá ainda que o ofertante da melhor proposta atenda as condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

6.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus adicionais.

6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. Serão corrigidas automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o menor preço por item.

6.8. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. Não serão admitidas, posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.

6.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.

6.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

6.11. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

7. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, os documentos relacionados a seguir. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia simples, desde que devidamente LEGÍVEL, ressaltado o direito da comissão em solicitar o original para comparação.

7.2. REGULARIDADE JURÍDICA

a) **Certidão Simplificada** de arquivamento ou formulário de Registro de Empresário Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual.

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) **Ato constitutivo** – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto.

c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1. Os documentos relacionados nas Alíneas "a" à "f" deste subitem não precisarão constar do Envelope 02 - “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

7.3. REGULARIDADES FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – **CNPJ** do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de **Certidão conjunta emitida relativa à Dívida Ativa da União**, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal, ambas da unidade da federação onde a empresa licitante tem a sua sede.
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem sua sede.
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede.
- e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- f) Prova de regularidade relativa à justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em atendimento ao exposto na Lei Federal 12.440/11.
- g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, conforme modelo constante no ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

- a) **Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial**, impresso pela Internet ou expedido por Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expresso no próprio documento.

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, que comprove que a empresa licitante tenha executado ou esteja executando contrato compatível ao objeto dessa licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. **O atestado deve conter informações do seu emitente como telefone e endereço, de forma que este município possa fazer contato para verificar sua autenticidade se for necessário.** O atestado de capacidade técnica terá prazo de validade indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade;
- b) Autorização de Funcionamento de empresa, expedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde; (quando for o caso)
- c) Licença de Funcionamento da empresa, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual; (quando for o caso)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

d) Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro; isenção; notificação ou cadastramento; ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário; (quando for o caso)

d.1) O registro deverá estar numerado conforme a numeração do item na proposta e o nome do produto deverá vir sublinhado para fácil localização.

d.2) Para facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos os licitantes poderão fornecer a essa Comissão, o registro em meio magnético (CD ou Pendrive) no momento da entrega do envelope de documentação.

e) Cópia autenticada do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle para todos os itens que se sagre vencedora, ou comprovação de isenção; (quando for o caso)

e.1) Para facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos os licitantes poderão fornecer a essa Comissão, o Certificado em meio magnético (CD ou Pendrive) no momento da entrega do envelope de documentação.

f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.6. OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração de que empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante no ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo conforme modelo do ANEXO VI.

c) Declaração da empresa informando que seus sócios, proprietários, Dirigentes ou assemelhados não possuem qualquer vínculo com o Município de Morro da Garça/MG conforme modelo do ANEXO VII.

7.6.1. Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as Micros e Pequenas Empresas deverão apresentar a totalidade dos requisitos dispostos no item 7.3, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.

7.7. Os documentos emitidos por via INTERNET poderão ter seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.

7.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.9. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.

7.10. Os Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não possuem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, não se aplicando aos documentos em que a validade já esteja determinada neste Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

8. DAS PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, na forma do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

8.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Aberta a sessão, iniciar-se-á o CREDENCIAMENTO das participantes do Pregão. O representante da proponente entregará à Pregoeira documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

9.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

9.3. Na hipótese de apresentação de Procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

9.4. É admitida a participação de licitantes, sem a presença de representante credenciado, ainda que o encaminhamento dos envelopes e demais documentos exigidos neste Edital se faça por correio, obedecidos os prazos e condições estabelecidos neste edital.

9.5. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar fotocópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

9.6. É admitido somente um representante por proponente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

9.7. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

9.8. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, a Pregoeira declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital, sendo facultado o saneamento da documentação de natureza declaratória na própria sessão pública.

10. DO RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

10.1. A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de Habilitação, da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e dos Envelopes de Proposta de Preços e da Documentação de Habilitação, será levada a efeito tão logo se encerre a fase de CREDENCIAMENTO.

10.2. A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não deve integrar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente, ficando facultada a utilização do modelo constante no ANEXO III. – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

10.3. A apresentação da DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se for o caso, será recebido exclusivamente nesta oportunidade, ficando facultada a utilização do modelo constante no ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

10.4. Iniciada esta etapa/fase, a Pregoeira receberá e examinará a Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação (anexo III).

10.5. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista, inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação.

10.6. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

11. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

11.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

11.2.2. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão corrigidos pela Pregoeira.

11.2.3. A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem ao seu conteúdo.

11.2.4. A Pregoeira classificará para a próxima etapa a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e todas aquelas que tenham valores sucessivos à proposta de menor preço, para que seus autores possam ofertar lances verbais.

11.2.5. No caso de empate onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações iguais, a vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

11.2.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
- d) Deverão estar em nome da matriz, ao invés de em nome da filial, os documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- e) Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa oficial na forma da lei.
- f) As cópias simples deverão estar obrigatoriamente, acompanhadas dos documentos originais para conferência, na sessão, pela Equipe de Apoio ou possuir declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
- g) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no Pregão.

11.3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.3.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME e EPP, deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que está presente alguma restrição com relação à regularidade fiscal;

a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar 123/2006 alteração trazida pela Lei 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à contratação, conforme expresso no inciso IV do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da mesma Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

11.3.2. Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP.

11.3.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço superior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra "a", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.3.2 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 11.3.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de habilitação.

e) O disposto no subitem 11.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

f) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

11.4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, MODO DE DISPUTA (ABERTO) E LANCES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.4.1. No horário e local indicado neste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

11.4.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão à Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

a) Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

11.4.3. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM.

11.4.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste edital.

11.4.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, ITEM POR ITEM, com observância dos seguintes critérios e procedimentos:

a) Seleção da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM;

b) A pregoeira procederá à classificação da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, e aquelas que tenham valores sucessivos, relativamente à de menor preço por item, para participarem dos lances verbais;

c) Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta classificada de maior valor.

11.4.6. A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.4.7. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.4.8. Os lances deverão ser formulados em PERCENTUAIS, DISTINTOS, DECRESCENTES e INFERIORES à proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.

11.4.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances para aquele item.

11.4.10. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de MENOR PREÇO com vistas à redução do valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.4.11. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da oferta, decidindo motivadamente a respeito.

11.4.12. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, considerada aceitáveis as ofertas de MENOR PREÇO POR ITEM, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes autores das ofertas de menor valor.

11.4.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do (s) item (s) do certame.

11.4.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, o qual resultara em menor preço, o mesmo negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

11.4.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita a de MENOR PREÇO POR ITEM.

11.4.16. Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a pregoeira fará a correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresse consentimento do proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

11.4.17. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

11.4.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

11.4.19. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.

12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito de recurso e, conseqüente, adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à(s) licitante(s) vencedora(s) com encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página n° _____

12.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou mantê-la, encaminhando o feito devidamente instruído à autoridade jurídica competente para análise do caso.

12.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

12.6. Decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, ou havendo renúncia expressa a esse direito, o julgamento da licitação será submetido à autoridade CONTRATANTE para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação, publicando-se o resultado do julgamento.

13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO

O resultado final do PREGÃO será publicado no quadro de avisos (Quadro de avisos) do Município de Morro da Garça e no site oficial da Prefeitura.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora;

14.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora;

14.3. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO;

14.4. A partir do ato da homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta.

14.5. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no quadro de avisos (Quadro de avisos) do Município de Morro da Garça e no site oficial da Prefeitura, acaso pertinente e operacionalmente possível em atendimento à Lei 14.133/2021.

15. DA FORMA DE ENTREGA E PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL

15.1. A entrega do objeto deverá ser feita em até 05 (cinco) dias, conforme Ordem de Fornecimento, na secretaria demandante onde haverá servidor designado, para recebimento, fiscalização do objeto e valores contratados em conformidade com a ata de registro de preços/contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

15.2. OS PRODUTOS DEVERÃO TER DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 80 % DO SEU PRAZO.

15.3. O Pedido de serviço será encaminhado ao Contratado, mediante apresentação de requisição padronizada e assinada por servidor designado pelo departamento solicitante, na qual será registrado o quantitativo e o tipo de serviço;

15.4. Todas as despesas inerentes direta ou indiretamente à entrega dos materiais, tais como: fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, transporte de pessoal e materiais, as despesas com encargos sociais e trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e outras despesas, inclusive lucros, além de outros não citados, necessários à perfeita execução dos serviços contratados, será de total responsabilidade da contratada;

15.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

15.6. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas de cada item, com fiel observância aos critérios de qualidade e materiais, bem como dentro do prazo estabelecido.

15.7. Não haverá franquia mínima de produtos a serem entregues. Os quantitativos totais descritos nesse Termo de Referência são meramente estimados, não podendo ser considerados como garantia mínima de faturamento nem como determinante para revisão de preços unitários.

15.8. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

15.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

15.10. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

15.11. A empresa Contratada deverá manter em estoque quantidades suficientes para o pronto atendimento das necessidades da Administração Pública, tendo em vista que o seu descumprimento acarretará sanções administrativas previstas em termo de referência, inclusive sanções de natureza pecuniária.

15.12. Os itens serão solicitados de acordo com a necessidade da secretaria demandante e serão pagos somente os quantitativos efetivamente realizados ao longo da vigência da Ata de registro de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

15.13. Os materiais deverão ser entregues conforme edital.

15.14. Os materiais serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente para posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e validades quando for o caso, devidamente após a aferição da qualidade e quantidade e consequente aceitação.

b) Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e consequente aceitação.

15.15. Caso algum material recebido não esteja em pleno acordo com o especificado, ou não seja aceito pelo Contratante, a Contratada assume total responsabilidade pela sua retirada nas dependências do Município, bem como a troca será às suas expensas;

15.16. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à entrega dos materiais, será de total responsabilidade da detentora da ATA e/ou CONTRATADA;

15.17. O Município de Morro da Garça/MG através do Departamento de Compras adotará o seguinte critério de procedimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços:

a) Emitirá Ordem de Fornecimentos para aquisição dos materiais e/ou serviços solicitados, onde constará a quantidade, o produto, incluindo o responsável pelo recebimento e data da emissão.

b) Cópia da Ordem de Fornecimentos será remetida ao Setor requisitante para acompanhar o fornecimento dos materiais e/ou serviços dentro dos prazos contratados.

c) O Setor requisitante emitirá a certificação de aceite das encomendas solicitadas. Este aceite será parte do ajuste a ser feito quando do pagamento da fatura.

Caso ocorram irregularidades na entrega dos materiais, serão adotados os seguintes procedimentos:

d.1) Será emitido na Ordem de Compra o motivo da irregularidade apresentada pelo fornecedor.

d.2) Caso ocorram 5 (cinco) irregularidades durante a vigência da Ata e/ou Contrato, o Município notificará o fornecedor sobre os fatos decorrentes e apontados pelas Secretarias requisitantes.

d.3) Tendo sido notificado e o fornecedor incorrer novamente no descumprimento das cláusulas listadas, imediatamente será cancelado o registro de preços, sendo adotadas as medidas listadas nos itens descritos no Item XX.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas com a presente licitação serão suportadas orçamentariamente por meio da rubrica: Classificação Funcional Programática disposta na LOA – 2024, sendo as seguintes Dotações orçamentárias:

02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434

02.08.02.10.301.0010.2114.3.3.90.30.00 – Ficha 444

02.08.02.10.301.0010.2117.3.3.90.30.00 – Ficha 465

02.08.02.10.301.0010.2125.3.3.90.30.00 – Ficha 482



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página n° _____

02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
02.08.02.10.302.0010.2119.3.3.90.30.00 – Ficha 500
02.08.02.10.303.0010.2121.3.3.90.30.00 – Ficha 511
02.08.02.10.304.0010.2122.3.3.90.30.00 – Ficha 518
02.08.02.10.305.0010.2123.3.3.90.30.00 – Ficha 526
02.08.02.10.301.0010.2120.3.390.30.00 – Ficha 476
02.08.01.10.122.0010.1096.4.4.90.52.00 – Ficha 405
02.08.01.10.122.0010.1097.4.4.90.52.00 – Ficha 406
02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434
02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
02.08.02.10.303.0010.1584.4.490.52.00 – Ficha 508
02.08.02.10.304.0010.1103.4.4.90.52.00 – Ficha 514
02.08.02.10.305.0010.1104.4.4.90.52.00 – Ficha 521

16.2. As despesas possuem compatibilidade com as demais Lei Orçamentárias (LDO/PPA) e serão previamente empenhadas, nos termos do art. 58 e seguintes, da Lei Federal nº 4.320/64.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pelo Município, de acordo com as condicionantes apresentadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

17.2. Deverão estar incluídas, no preço dos serviços todas as despesas, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, materiais, mão de obra, carga e descarga, tributos, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

17.3. O Município reserva-se ao direito de reter o pagamento se, no ato da verificação da entrega dos serviços os mesmos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as especificações exigidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, e as especificações apresentadas na Ordem de Fornecimentos.

17.4. Na eventualidade de aplicação de multa, será assegurada a ampla defesa na forma da lei.

17.5. A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado para a Habilitação – só será liberada quando do fornecimento contratados estiver em total conformidade com as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

17.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o Município comunicará à CONTRATADA para que regularize a situação.

17.7. Na hipótese prevista no subitem 17.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

17.8. Deverão ser pagos somente os fornecimentos efetivamente entregues e aceitos pela fiscalização do Município;

18. DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

18.1. São obrigações da Licitante Vencedora, além daquelas expressas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

- a) Fornecer os produtos solicitados conforme Ordem de Fornecimento, Termo de Referência e demais documentos emitidos pela Administração devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito ao Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente Licitação;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar ao Município Contratante modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante na Ata;
- f) Informar o nome completo do preposto, acompanhado de e-mail e telefone que irá resolver todos os assuntos junto ao Contratante.
- g) Todas as demais obrigações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que faz parte integrante da Ata de Registro de Preços.

18.2. Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Detentora da Ata.

19. DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

19.1. O Município deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, diretamente ou por meio de Preposto, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA constantes também do Termo de Referência;

19.2. Compete ainda ao Município:

- a) Quitar o cumprimento financeiro assumido com a(s) licitante(s) vencedora(s), desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Notificar, formal e tempestivamente a Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da Ata;
- c) Notificar a(s) licitante(s) vencedora(s) por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- e) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- f) Arcar com as despesas de publicação do extrato de adesão a Ata de Registro de Preços;
- g) Todas as demais obrigações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

20. DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

20.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

20.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado dela será excluída.

20.4. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 20.3 ou havendo recusa em fazê-lo, o Município aplicará as penalidades cabíveis.

20.5. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no quadro de avisos e no site oficial da Prefeitura, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada.

20.6. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

20.7. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os valores registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

20.8. A extinção da Ata de Registro de Preços poderá ser:

- I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- III. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

20.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

20.10. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

- I. devolução da garantia;
- II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

20.11. Constituirão motivos para extinção da Ata de Registro de Preços, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I ao IX do art. 137 da Lei nº 14.133/2021:

- I. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- II. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- III. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- IV. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- V. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
- IV. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- VII. atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- VIII. razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- IX. não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

20.12. A detentora da Ata de Registro de Preços terá direito à extinção nas seguintes hipóteses previstas no parágrafo § 2º, incisos I ao V do art. 137 da Lei nº 14.133/2021:

- I. supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;
- II. suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
- III. repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- IV. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

V. não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

VI. Para a extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º do art. 137 da Lei nº 14.133/2021, deverão ser observadas os incisos I e II do § 3º do art. 137 da mesma Lei.

VII. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.13. A rescisão do contrato poderá ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

21. DO PRAZO DE ENTREGA

21.1. Os materiais serão solicitados conforme a necessidade do Município, de acordo com a Ata de Registro de Preços e apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor competente.

21.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelo Município

21.3. Os materiais, objeto desta Licitação, deverão ser executados em perfeita condição de utilização, do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital;

21.4. Os materiais deverão ser entregues a partir da publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.

21.5. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas neste edital, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei nº 14.133/2021.

21.6. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato, se for o caso ou do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa parcelada, observando a quantidade mínima conforme solicitado pelo Município ou pelos Fundos.

21.7. Os produtos entregues serão recebidos pelo farmacêutico responsável pela Unidade Farmacêutica de Todos, acompanhado pelo Fiscal do Contrato, no seguinte endereço: rua Gonçalves da Fonseca, nº 80, bairro Cerrado, Morro da Garça/MG, CEP 39.245-000, no horário das 07 às 16 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

21.8. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

21.9. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

21.10. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

21.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

21.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

21.13. O FORNECEDOR deverá cumprir rigorosamente com os prazos, devendo o objeto ser de boa qualidade, obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes ao objeto ora licitado.

21.14. A empresa Contratada deverá manter em estoque quantidades suficientes para o pronto atendimento das necessidades da Administração Pública, tendo em vista que o seu descumprimento acarretará sanções administrativas previstas em termo de referência, inclusive sanções de natureza pecuniária.

21.15. Os fatos dispostos no item 21.9 poderão ensejar, quando houver prejuízo de fato ou implicar em potencial prejuízo iminente à administração, ela poderá Cancelar o Registro do fornecedor, ou Rescindir Unilateralmente o Instrumento de Contrato, assegurada defesa prévia, independente de processo administrativo sancionatório, uma vez que o cancelamento ou a rescisão contratual não possui natureza sancionatória, sem prejuízo das sanções dispostas no

21.16. Termo de Referência e Instrumento de Contrato.

Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à disposição ou fornecimento dos produtos correrão inteira e exclusivamente por conta do contratado

21.17. O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

- a) os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e identificados;
- b) quantidades dos produtos em conformidade com a Autorização de Compras;
- c) no prazo, local e horário de entrega previsto neste termo de referência.

21.18. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á após:

- a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste termo de referência.

21.19. O FORNECEDOR deverá cumprir rigorosamente com os prazos.

21.20. Os produtos deverão ser de 1ª (qualidade) e atender a legislação vigente

21.21. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos materiais entregues.

21.22. Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos materiais cujos preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos materiais/serviços cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

21.23. Todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como: transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como quaisquer outros necessários à disposição ou fornecimento dos materiais/serviços correrão inteira e exclusivamente por conta da Contratada.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

22.1. O objeto do contrato será recebido de forma provisória e definitiva, as quais serão realizados na forma do art. 140, inciso I da Lei nº 14.133/2021, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento dos serviços do contrato: provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

22.1.1.1. O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condições:

a) Realização de todos os ensaios e testes, (se for o caso), envolvendo a completude de todos os materiais envolvidos;

b) Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações, (se for o caso);

c) A fiscalização do Município realizará o levantamento de eventuais pendências executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

22.1.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

22.1.2.1. O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) material(s) contratado(s) será(ão) lavrado(s) de acordo com o constante no art. 140, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as reclamações do Município referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em quaisquer elementos dos serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributários concernentes à execução do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na execução dos serviços;

c) Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexistência de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, e FGTS e Certidões negativas de que não pesam sobre os serviços quaisquer ações judiciais por prejuízos causados a terceiros.

22.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

22.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.4. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

22.5. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes, quando for o caso, e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da Contratada.

23. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

23.1. A detentora/contratada obriga-se a fornecer os produtos licitados em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pelo Município, este responsável pela emissão das requisições, com especial observância dos termos deste Instrumento Convocatório e da Ata de Registro de Preços/Contrato/Nota de empenho.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município poderá sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:

24.1.1. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no art. 155º da Lei nº 14.133/2021;

24.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

24.2. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços e/ou entrega de produtos, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

24.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

24.3.1. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

24.3.2. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.

24.3.3. A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

24.3.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

24.4. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

25. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

25.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas no art. 86 § 2º incisos I, II e III da Lei nº 14.133/2021 e demais normas em vigor e respectivas atualizações.

25.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

25.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

25.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme art. 86, § 4º da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

25.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme art. 86, § 5º da Lei nº 14.133/2021.

25.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

25.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Detentora das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

26. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

26.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021:

26.1.1. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irredutíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor/Prestador de Serviços e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

26.1.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

26.1.3. Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem o valor ofertado.

26.1.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus valores aos praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

26.1.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus valores aos valores de mercado observará a classificação original.

26.1.4. Se ocorrer do preço de mercado tornar-se maior que os valores registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

26.1.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

26.1.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

26.1.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

26.1.7. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

26.1.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

26.1.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

26.1.7.2. Não aceitar reduzir o seu valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

26.1.7.3. Sofrer sanção prevista no art. 156, incisos I ao IV da Lei nº 14.133/2021.

26.1.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

26.1.8.1. Por razão de interesse público; ou

26.1.8.2. A pedido do fornecedor.

27. DAS REVISÕES DE PREÇOS

27.1. O valor registrado vigente poderá ser revisto, por solicitação formal do Signatário Detentor, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro.

27.2. O pedido deverá ser enviado ao Gestor da Ata, através do protocolo geral do Município no horário de expediente.

27.3. A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, a qual será analisada pela Assessoria Jurídica do Município.

27.4. Para a solicitação de revisão de preço(s), o Signatário Detentor terá que apresentar planilha atualizada da composição de preços do(s) produto(s), considerando todos os itens constantes na proposta anterior apresentada, quando da apresentação da proposta.

27.5. A análise para deferimento total ou parcial ou ainda indeferimento da revisão solicitada deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação pela Assessoria Jurídica e pelo Gestor da Ata, em aproximadamente 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da documentação completa pelo Signatário Detentor.

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1. As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades ao cumprimento do objeto licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

28.2. Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização.

28.3. Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento, podendo ser revogada, a juízo exclusivo do Município de Morro da Garça/MG, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer indenização.

28.4. A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu exclusivo critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações complementares.

28.5. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.

Morro da Garça/MG, 26 de julho de 2024.

Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 040/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024

POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

- 1. Requerente:** Município de Morro da Garça/MG (Secretaria Municipal de Saúde)
- A presente licitação tem como objeto o registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital, conforme tabela abaixo:

Item	Qtd.	Descrição	Unidade
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente 70mm; pressão +-10g/mm2; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri	Unidade
002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos.ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY	Unidade
005	01	ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm ²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm); eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai DIMENSÕES: <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

006	01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento</p>	Unidade
-----	----	--	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA: 420 litros</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof.</p> <p>FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.</p> <p>SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h</p> <p>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001</p> <p>GARANTIA - 12 meses</p>	
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420	
007	04	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W - Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. ESPECIFICAÇÕES: Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min; Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm; Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%; Voltagem: 110 Volts; Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 17psi; Ruído: <50dB; Peso líquido: 24Kg; Potência Elétrica:610W; Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%; Registro ANVISA: 80488290037 Garantia: 3 anos Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V	Unidade
008	30	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca. Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm. Na cor branca.	Unidade
009	200	REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das bactérias. (USO	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	
010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSEPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas brancas e coloridas que apresentem manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO C/ REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.	Kilo
019	300	HIPOCLORITO A 1% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	Pacote
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40 x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.	Caixa
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – INFANTIL – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.	
030	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO OBESO – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade
032	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

033	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.	Unidade
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO – PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.	Unidade
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de 300 ml.	Unidade
038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		estéril.	
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade
048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois	Pacote



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadarço; 100% puro algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.	
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 20	Unidade
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	Unidade
057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: INFANTIL	Unidade
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a urina do paciente até a bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.	
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kg/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com Registro na Anvisa.	Unidade
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	Unidade
067	15	DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade. Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal. Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais. Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm. Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.	
068	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL</p>	Unidade
069	02	ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.</p>	
070	150	<p>ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>	Pacote
071	30	<p>ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos</p>	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	Caixa
073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusão de soluções parenterais	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipos para nutrição enteral macrogotas.	Unidade
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote
076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC ILLITTMANN	Unidade
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover,	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	
078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: grande	Unidade
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio	Unidade
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO – PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Rolo
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Esparadrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	Pacote
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.	Rolo
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	Unidade
102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade
106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade
107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade
108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.	Caixa
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.	
115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.	Tubo
117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO -IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa
121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade
130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G	Caixa
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES -Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P	Caixa
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	Caixa
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas) com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixa
142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade
143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

144	50	MÁSCARA DE O ₂ DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O ₂ adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.	Unidade
145	20	MÁSCARA DE O ₂ DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O ₂ adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vascular (aterosclerose); Visor colorido de LED para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO ₂ abaixo de 90%; Indicação do sinal de pulso, FC, SpO ₂ , carga da bateria; abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.	Unidade
149	10	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz	Pacote



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	
150	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
151	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
152	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch	Rolo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.	Pacote
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE -Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra indicação	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.	Unidade
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro
172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril,	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde	
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: laranja	Unidade
176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL; DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	Unidade
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12, 49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.	
185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		do balão 30cc).	
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica com lastro e mandril (sonda nasoenteral) - possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.	
189	50	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 4,5mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. - Produto com validade. - Reg. ANVISA e Reg. MS	Unidade
190	600	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ANVISA.	
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML -Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade
200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade
201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água. Registro ANVISA.	Unidade
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO- CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	Unidade
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.	Unidade
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	Unidade
212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm	Unidade
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade
217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	Unidade
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm	Unidade
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	Unidade
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	
224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm	Unidade
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; válvula de segurança; fluxômetro; fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.	Unidade

2.1. Quando for o caso, os itens deverão possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

3.1. Conforme descrição na tabela acima, cada item com seu detalhamento.

4. DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.2. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

4.3. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Justificamos o pedido do objeto em razão da necessidade de aquisição dos produtos, pois é de interesse, necessidade e conveniência do ente administrativo, uma vez que se trata de produtos utilizados nos serviços cotidianos, ou seja, a aquisição dos materiais será para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária a Saúde e também realizar a reposição de estoque e evitar o desabastecimento e falta de materiais para atendimento dos pacientes. Portanto, opta-se por realizar o procedimento licitatório, em virtude do exato enquadramento das necessidades e dos requisitos fundamentais para sua utilização.

5.2. Ressalta que, os produtos em comento leva em conta a necessidade total de consumo da Secretaria para o exercício financeiro, portanto, não haverá fracionamento de despesa, uma vez que não haverá contratação de mesma natureza até o fim do exercício, que ultrapasse o valor teto neste período.

5.3. Os produtos faz parte das ações do planejamento estabelecidas pela Comissão de Planejamento, as solicitações foram elaboradas a partir das necessidades das secretarias da Administração Pública Municipal de Morro da Garça/MG.

6. DA ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

A estimativa da contratação será realizada com base em levantamento de preços a ser realizado em próxima etapa desse processo pelo Departamento de Compras.

7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão à conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município de Morro da Garça, em dotação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página n° _____

específica a ser informada em próxima etapa desse processo pelo Departamento de Contabilidade deste Município.

8. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

8.1. A contratação está de acordo com o Plano Orçamentário para 2024, uma vez que o Plano Anual de Contratações da Secretaria Municipal de Saúde está em fase de elaboração e publicação.

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato, se for o caso ou do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa parcelada, observando a quantidade mínima conforme solicitado pelo Município ou pelos Fundos.

9.2. Os produtos entregues serão recebidos pelo farmacêutico responsável pela Unidade Farmacêutica de Todos, acompanhado pelo Fiscal do Contrato, no seguinte endereço: rua Gonçalves da Fonseca, nº 80, bairro Cerrado, Morro da Garça/MG, CEP 39.245-000, no horário das 07 às 16 horas.

9.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.8. O FORNECEDOR deverá cumprir rigorosamente com os prazos, devendo o objeto ser de boa qualidade, obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes ao objeto ora licitado.

9.9. A empresa Contratada deverá manter em estoque quantidades suficientes para o pronto atendimento das necessidades da Administração Pública, tendo em vista que o seu



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

descumprimento acarretará sanções administrativas previstas em termo de referência, inclusive sanções de natureza pecuniária.

9.10. Os fatos dispostos no item 9.4., poderá ensejar, quando houver prejuízo de fato ou implicar em potencial prejuízo iminente à administração, ela poderá Cancelar o Registro do fornecedor, ou Rescindir Unilateralmente o Instrumento de Contrato, assegurada defesa prévia, independente de processo administrativo sancionatório, uma vez que o cancelamento ou a rescisão contratual não possui natureza sancionatório, sem prejuízo das sanções dispostas no Termo de Referência e Instrumento de Contrato.

9.11. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à disposição ou fornecimento dos produtos correrão inteira e exclusivamente por conta do contratado

9.12. O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

- a) os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e identificados;
- b) quantidades dos produtos em conformidade com a Autorização de Compras;
- c) no prazo, local e horário de entrega previstos neste termo de referência.

9.13. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á após:

- a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos;
- b) verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes deste termo de referência.

9.14. O FORNECEDOR deverá cumprir rigorosamente com os prazos.

9.15. Os produtos deverão ser de 1ª (qualidade) e atender a legislação vigente

9.16. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos materiais entregues.

9.17. Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos materiais cujos preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos materiais/serviços cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

Todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como: transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como quaisquer outros necessários à disposição ou fornecimento dos materiais/serviços correrão inteira e exclusivamente por conta do CONTRATADO.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

10.1.2. Retificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.3. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos na ata de registro de preços/contrato.

10.4. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preço/contrato.

10.5. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.6. Explicitadamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.7. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

14.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

14.4. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

14.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

14.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

14.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

14.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

15.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou.

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

15.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no processo original.

15.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

15.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação fiscal.

15.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente e irregular com os órgãos fiscais, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

15.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

15.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a previsão em contrato.

16. DO REAJUSTE

16.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

16.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

17. ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

17.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes não poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18. EXTINÇÃO DO CONTRATO

18.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

18.2. A extinção do contrato poderá ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

18.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital.

18.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

18.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.5.3. Indenizações e multas.

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

20.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

20.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- 20.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
- 20.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 20.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 20.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 20.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 20.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 20.1.9. Fraudar o procedimento licitatório ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 20.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 20.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 20.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 20.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 20.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência pela falta do subitem 27.1.1. deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 27.1.1 a 27.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 27.1.2 a 27.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 27.1.8 a 27.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 20.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 20.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 20.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
- 20.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

20.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

20.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

20.5. A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização.

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

20.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

28.1. A contratação será admitida pela seguinte dotação:

02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434

02.08.02.10.301.0010.2114.3.3.90.30.00 – Ficha 444

02.08.02.10.301.0010.2117.3.3.90.30.00 – Ficha 465

02.08.02.10.301.0010.2125.3.3.90.30.00 – Ficha 482

02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492

02.08.02.10.302.0010.2119.3.3.90.30.00 – Ficha 500

02.08.02.10.303.0010.2121.3.3.90.30.00 – Ficha 511

02.08.02.10.304.0010.2122.3.3.90.30.00 – Ficha 518

02.08.02.10.305.0010.2123.3.3.90.30.00 – Ficha 526

02.08.02.10.301.0010.2120.3.3.90.30.00 – Ficha 476

02.08.01.10.122.0010.1096.4.4.90.52.00 – Ficha 405

02.08.01.10.122.0010.1097.4.4.90.52.00 – Ficha 406

02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434

02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

02.08.02.10.303.0010.1584.4.490.52.00 – Ficha 508

02.08.02.10.304.0010.1103.4.4.90.52.00 – Ficha 514

02.08.02.10.305.0010.1104.4.4.90.52.00 – Ficha 521

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1. Qualquer omissão referente ao teor deste Termo de Referência deverá ser suprida de acordo a Lei Federal 14.133/2021.

30. DAS COTAÇÕES

30.1. O servidor Patrícia Pereira de Lima, matrícula: 3773, é responsável pela elaboração das cotações no Termo de Referência.

Gestor do Contrato: Roberto Pereira, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento.

Fiscal do Contrato: Servidor: Flávia de Freitas Maia, cargo: Enfermeira, matrícula: 389.

Morro da Garça, 26 de julho de 2024

Roberto Pereira

Secretário de Saúde e Saneamento

Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

**APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO Nº 040/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. O estudo técnico preliminar serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação e embasar o Termo de Referência, bem como tratar sobre os estudos iniciais realizados para realização da licitação.

1.2. CONSIDERANDO a necessidade de aquisição dos materiais e insumos hospitalares, pois é de interesse e conveniência do ente administrativo, uma vez que se trata de produtos utilizados nos serviços cotidianos, ou seja, a aquisição dos materiais será para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária a Saúde e também realizar a reposição de estoque e evitar o desabastecimento e falta dos insumos e materiais para atendimento dos pacientes. Portanto, opta-se por realizar o procedimento licitatório, em virtude do exato enquadramento das necessidades e dos requisitos fundamentais para sua utilização.

1.3. CONSIDERANDO que, os produtos em comento levam em conta a necessidade total de consumo da Secretaria para o exercício financeiro, portanto, não haverá fracionamento de despesa, uma vez que não haverá contratação de mesma natureza até o fim do exercício, que ultrapasse o valor teto neste período.

1.4. CONSIDERANDO que, os produtos fazem parte das ações do planejamento estabelecidas pela Comissão de Planejamento, as solicitações foram elaboradas a partir das necessidades das secretarias da Administração Pública Municipal de Morro da Garça/MG.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade de Pregão, conforme a Lei 14.133/21.

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XIII. bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

XLI. pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

O requisito básico para contratação da empresa que fornecerá os materiais e insumos hospitalares, é que ela seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência e capacidade técnica para fornecer os produtos que integram o Termo de Referência. Essa qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da Autorização de Funcionamento da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para venda de materiais e insumos hospitalares e, pelo menos, um atestado de capacidade técnica que comprove o fornecimento do objeto.

3. – LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisa sobre os preços praticados para o objeto desta aquisição, estimando-se o montante em R\$ 547.741,55 (quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e um real e cinquenta e cinco centavos). Justifica-se os três orçamentos após várias tentativas de preço no portal do PNCP sem êxito.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e insumos hospitalares para uso na Unidade Farmacêutica de Todos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Descrição do objeto e quantitativo.

Item	Qtd.	Descrição	Unidade
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente 70mm; pressão +-10g/mm2; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	Unidade
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY	Unidade
005	01	ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm ²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena ($\varnothing=4,5\text{mm}$); eletrodo tipo bola ($\varnothing= 2,1\text{mm}$); eletrodo tipo bola ($\varnothing= 4,2\text{mm}$); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg	
006	01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema</p>	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações</p>	
--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA: 420 litros DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof. DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof. FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz. SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001 GARANTIA - 12 meses SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420	
007	04	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W - Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. ESPECIFICAÇÕES: Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min; Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm; Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%; Voltagem: 110 Volts; Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 17psi; Ruído: <50dB; Peso líquido: 24Kg; Potência Elétrica:610W; Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%; Registro ANVISA: 80488290037 Garantia: 3 anos Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V	Unidade
008	30	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca.	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm. Na cor branca.	
009	200	REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das bactérias. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade
010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSÉPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas	Litro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		brancas e coloridas que apresentem manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA	
015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade
017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO C/ REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.	Kilo
019	300	HIPOCLORITO A 1% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro
020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo	Pacote



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40 x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.	Caixa
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – INFANTIL – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.	
030	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO OBESO – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

032	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.	Unidade
033	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.	Unidade
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR - 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.	Unidade
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE - 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		300 ml.	
038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		estéril.	
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote
044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadarço; 100% puro algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.	Pacote
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		periférica, para infusões de curto prazo. Nº 20	
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22	Unidade
055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	Unidade
057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		nuca. Tamanho: INFANTIL	
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.	Unidade
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ;	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com Registro na Anvisa.	Unidade
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	
067	15	<p>DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade.</p> <p>Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal.</p> <p>Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais. Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm.</p> <p>Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.</p>	Unidade
068	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa</p>	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL</p>	
069	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DE CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. São embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.</p>	Unidade
070	150	<p>ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos</p>	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de fabricação ou materiais.	
071	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	Caixa
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	
073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusão de soluções parenterais estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	Unidade
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipos para nutrição enteral macrogotas.	Unidade
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote
076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade
078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	
080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: grande	Unidade
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio	
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO – PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	Unidade
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Espardrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Rolo
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Espardrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames	Pacote

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade
090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme	Rolo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.	
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	Caixa
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor;	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	
102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.	Unidade
103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade
106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade
107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro
109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.	Caixa
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.	
115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio	Tubo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.	
117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO -IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa
122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa
125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.	
126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade
130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G	
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	Caixa
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES -Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P	Caixa
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC	Caixa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (porta-luvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas) com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixa
142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade
143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	
144	50	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.	Unidade
145	20	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vascular (aterosclerose); Visor colorido de LED para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO2 abaixo de 90%; Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria;	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.	
149	10	PAPÉL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	Pacote
150	20	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
151	20	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo
152	20	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts.	Rolo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		REGISTRO NA ANVISA	
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch 3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	Rolo
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.	Pacote
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE -Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação	Unidade
159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.	Unidade
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha.	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade
169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro
172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um	Litro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde	Unidade
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: laranja	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	Unidade
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade
183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL;	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12, 49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.	Unidade
185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade do balão 30cc).	
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único- proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica com lastro e mandril (sonda nasoenteral) - possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.	
189	50	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. - Espessura da sonda: 4,5mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. - Produto com validade. - Reg. ANVISA e Reg. MS	Unidade
190	600	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas,	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML -Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade
200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água. Registro ANVISA.	Unidade
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	Unidade
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade
206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO- CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/ SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	Unidade
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.	Unidade
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade
213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm	Unidade
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade
217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	Unidade
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm	Unidade
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca	Unidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	Unidade
224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm	Unidade
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; válvula de	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		segurança; fluxômetro; fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.	
--	--	--	--

5.1. Valor Total para o período de 12 meses: R\$ 547.741,55 (quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e um real e cinquenta e cinco centavos), conforme cotação efetuadas com outros fornecedores.

6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

6.1. Os produtos demandados no objeto serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

7.1. Não dispõe de contratações correlatas ou interdependentes para a execução do objeto. Assim destaca-se ainda que a aquisição dos materiais e insumos hospitalares, destina-se a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Morro da Garça/MG e, não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta nos termos do artigo 3º da CLT.

8. ALINHAMENTO COM ORÇAMENTO E PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

8.1. A contratação está de acordo com o Plano Orçamentário para 2024, uma vez que o Plano Anual de Contratações da Procuradoria e do Departamento de Ação Social está em fase de elaboração e publicação.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

9.1. A execução contratual não necessita de providências prévias a serem dispensadas pela administração.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1. Não identificamos impactos ambientais provenientes dessa contratação. Caso haja algum descarte, a Farmácia Básica é responsável por providenciar o destino adequado.

11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1. Parecer final sobre a contratação da solução pretendida, indicando a viabilidade técnica operacional e orçamentária, assim como a adequação à necessidade identificada na demanda de contratação.

12. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

12.1. Não haverá exigência da garantia da contratação com fundamento nos artigos 96 e seguintes da lei nº 14.133/2021, por se tratar de contratação com entrega parcelada e imediata dos produtos.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1. Vigência da Contratação: 12 meses da assinatura do contrato podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021.

O servidor Patrícia Pereira de Lima, matrícula: 3773, é responsável pela elaboração das cotações no Termo de Referência.

Gestor do Contrato: Roberto Pereira, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento.

Fiscal do Contrato: Servidor: Flávia de Freitas Maia, cargo: Enfermeira, matrícula: 389

Morro da Garça, 26 de julho de 2024.

Roberto Pereira

Secretário de Saúde e Saneamento

Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO II

PROPOSTA - MODELO E OBSERVAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2024

(Papel timbrado da licitante)

PROCESSO Nº 040/2024 - PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

RAZÃO SOCIAL/NOME:			
Logradouro	Nº	Bairro	
Cidade	UF	CEP	Tel.
CNPJ nº	Email		
NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO):			
Logradouro	Bairro	Cidade	
Estado Civil	Nacionalidade	Identidade	CPF

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao Processo em epígrafe, conforme especificação abaixo:

Item	Qty.	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente 70mm; pressão +-10g/mm2; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri				
002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos.ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	Unidade			
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade			
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY	Unidade			
005	01	ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2,	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm); eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg			
006	01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p>	Unidade		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA: 420 litros</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof.</p> <p>FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.</p> <p>SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h</p> <p>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001</p> <p>GARANTIA - 12 meses</p> <p>SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420</p>			
007	04	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W - Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min;</p> <p>Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm;</p> <p>Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%;</p> <p>Voltagem: 110 Volts;</p>	Unidade		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 17psi; Ruído: <50dB; Peso líquido: 24Kg; Potência Elétrica:610W; Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%; Registro ANVISA: 80488290037 Garantia: 3 anos Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V				
008	30	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca. Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm. Na cor branca.	Unidade			
009	200	REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das bactérias. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSÉPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade			
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro			
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro			
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas brancas e coloridas que apresentem manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro			
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade			
017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO COM REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.	Kilo			
019	300	HIPOCLORITO A 1% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade			
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	Pacote			
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro			
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica,	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		apirrogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirrogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirrogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.				
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE - ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade			
029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE -INFANTIL - FECHO	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.</p>				
030	02	<p>APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE - ADULTO OBESO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas</p>	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.				
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade			
032	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.	Unidade			
033	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.				
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO – PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade			
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote			
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.	Unidade			
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de 300 ml.	Unidade			
038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.				
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.				
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.				
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade			
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade			
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade			
048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade			
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadaço; 100% puro algodão; tamanho:	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.				
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote			
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade			
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade			
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 20	Unidade			
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22				
055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade			
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade			
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: INFANTIL	Unidade			
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade			
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.				
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote			
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kg/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		1. Elástico.				
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade			
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade			
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Com Registro na Anvisa.				
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	Unidade			
067	15	DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade. Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal. Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais. Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm. Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.	Unidade			
068	02	ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u></p> <p>CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

069	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DEFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transestófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u></p>	Unidade			
-----	----	--	---------	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.				
070	150	ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Pacote			
071	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado;	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.				
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusão de soluções parenterais estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	Unidade			
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipos para nutrição enteral macrogotas.	Unidade			
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote			
076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN				
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade			
078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN				
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILITTMANN	Unidade			
080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN			
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: grande	Unidade		
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do	Unidade		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio				
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO – PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	Unidade			
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa,	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Esparadrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo			
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	Pacote			
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade			
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.				
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	Caixa			
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.				
097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.				
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa			
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	Unidade			
102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.				
103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa			
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro			
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade			
106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade			
108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro			
109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade			
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade			
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade			
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade			
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.				
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM -Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo			
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.	Tubo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco			
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade			
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA				
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa			
121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa			
122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.				
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo			
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote			
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo			
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade			
130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G				
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	Caixa			
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P				
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	Caixa			
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(CAIXA C/ 100 UNIDADES).				
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas) com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade			
143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	Unidade			
144	50	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.				
145	20	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade			
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade			
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo			
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vascular (aterosclerose); Visor colorido de LED para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO2 abaixo de 90%; Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria; abas laterais eliminam	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.				
149	10	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	Pacote			
150	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
151	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA				
152	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch 3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	Rolo			
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa			
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.				
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE - Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra indicação	Unidade			
159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.				
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fabricação.				
164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade			
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade			
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa			
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde				
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade			
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Cor: laranja				
176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	Unidade			
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro			
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL; DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	Unidade			
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12, 49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade do balão 30cc).				
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica com lastro e mandril (sonda nasoenteral) - possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.</p>				
189	50	<p>SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.</p> <ul style="list-style-type: none">- Espessura da sonda: 4,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		- Descartável (Uso único); - Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. - Produto com validade. - Reg. ANVISA e Reg. MS				
190	600	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ANVISA.				
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade			
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade			
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade			
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade			
200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade			
201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Registro ANVISA.				
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	Unidade			
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO-CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	Unidade			
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/ SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	Unidade			
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade			
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.				
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade			
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	Unidade			
212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC -Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade			
213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm				
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade			
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade			
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	Unidade			
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	Unidade			
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade			
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm				
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade			
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	Unidade			
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC – Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	Unidade			
224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm				
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade			
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade			
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; válvula de segurança; fluxômetro;	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.				
R\$						

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):
R\$ _____ (_____).

Validade da proposta: 60 dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

- DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA para fins de participação nesse processo, que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

- Eventuais erros na soma dos preços dos itens são de responsabilidade do licitante.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO II-B

(DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

MODELO (Papel timbrado da licitante)

PROCESSO Nº 0402024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO (Papel timbrado da licitante)

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO IV

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO (Papel timbrado da licitante)**

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
MODELO (Papel timbrado da licitante)**

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (_____).

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024 e sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem em qualquer vínculo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Lei n. 14.133/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº ____/2024

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

Aos dias, ____ de _____ de 2024 o **MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.040/0001-06, com sede na Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG, representado seu Prefeito, Senhor Márcio Túlio Leite Rocha, doravante denominado de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Detentoras da Ata de Registro de Preços:

1. **RAZÃO SOCIAL** e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

As partes acima elencadas **RESOLVEM**, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, e alterações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo edital e suas partes integrantes, **FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL** acima referenciado, cujo objeto é registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital., e Preços Registrados das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial SRP nº 011/2024 realizado em 29/07/2024, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133/2021, Decreto Municipal nº 30608/2024 e Termo de Homologação de ____/____/2024, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Objeto desta Ata é Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital..

1.2. O Município e suas secretarias não se obrigam a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de um ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84 da Lei n. 14.133/2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 011/2024-SRP, terá seu extrato publicado no quadro de avisos e no site oficial do município, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no site oficial do Município.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

3.1. As aquisições serão solicitadas conforme a necessidade do Município, mediante a assinatura e publicação de adesão a Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.

3.2. As aquisições deverão ser fornecidas a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

3.3. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei nº 14.133/2021.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal referente aos fornecimentos executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Administração, juntamente com as Ordens de Fornecimentos emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do recebimento dos produtos seja atendida todas as especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preço.

4.2. O prazo para a efetivação do pagamento referente à(s) aquisição(ões) solicitado e devidamente entregues será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Ordem de Fornecimentos e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata.

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços, nº do Contrato e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.5. Os preços registrados são os seguintes:

Item	Qtd.	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		70mm; pressão +-10g/mm ² ; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri				
002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos.ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	Unidade			
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade			
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY	Unidade			
005	01	ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm); eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg				
006	01	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são</p>				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA: 420 litros</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof.</p> <p>FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.</p> <p>SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h</p> <p>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001</p> <p>GARANTIA - 12 meses</p> <p>SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420</p>			
007	04	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W - Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min;</p>	Unidade		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm; Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%; Voltagem: 110 Volts; Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 17psi; Ruído: <50dB; Peso líquido: 24Kg; Potência Elétrica:610W; Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%; Registro ANVISA: 80488290037 Garantia: 3 anos Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V				
008	30	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca. Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm. Na cor branca.	Unidade			
009	200	REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		bactérias. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).				
010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSÉPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade			
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro			
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro			
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro. Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas brancas e coloridas que apresentem	Litro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA				
015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro			
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade			
017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO COM REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.	Kilo			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

019	300	HIPOCLORITO A 1ç COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade			
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	Pacote			
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro			
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40 x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE –INFANTIL – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade			
030	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO OBESO – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.				
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade			
032	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.	Unidade			
033	03	BANDAGEM TRIANGULAR - TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.				
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO – PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade			
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote			
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.	Unidade			
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de 300 ml.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade			
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade			
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade			
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade			
048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade			
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadaço; 100% puro algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.				
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote			
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade			
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade			
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		infusões de curto prazo. Nº 20				
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22	Unidade			
055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade			
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.				
057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade			
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: INFANTIL	Unidade			
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade			
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.				
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote			
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.				
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade			
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade			
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com Registro na Anvisa.				
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	Unidade			
067	15	DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade. Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal. Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais. Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm. Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

068	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DEFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transestófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal.</p> <p><u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u></p>	Unidade			
-----	----	--	---------	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL				
069	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DE A CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transestófica, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques</p>	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal. <u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.				
070	150	ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Pacote			
071	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.				
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.				
073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipo indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	Unidade			
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipo para nutrição enteral macrogotas.	Unidade			
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Pacote			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade			
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC ILLITTMANN	Unidade			
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC ILLITTMANN	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC HILTMANN	Unidade			
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bucal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: grande	Unidade			
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio				
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	Unidade			
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Esparadrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo			
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	Pacote			
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		parafuso inserido, facilitando a realização do exame.				
090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade			
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.				
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	Caixa			
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.				
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa			
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	Unidade			
102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.				
103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa			
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro			
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade			
106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º –	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		alívio; 2º – retirada).				
107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade			
108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro			
109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade			
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade			
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade			
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade			
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.				
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM -Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo			
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.	Tubo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco			
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade			
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA				
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa			
121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa			
122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.				
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES). Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo			
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote			
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo			
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade			
130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G				
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	Caixa			
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P				
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	Caixa			
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(CAIXA C/ 100 UNIDADES).				
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas) com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade			
143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	Unidade			
144	50	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.				
145	20	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade			
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade			
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo			
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vascular (aterosclerose); Visor colorido de LED para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO2 abaixo de 90%; Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria; abas laterais eliminam	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.				
149	10	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	Pacote			
150	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
151	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA				
152	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch 3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	Rolo			
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa			
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond, Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.				
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE - Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra indicação	Unidade			
159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.				
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fabricação.				
164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade			
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade			
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa			
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde				
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade			
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Cor: laranja				
176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	Unidade			
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro			
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL; DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	Unidade			
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12, 49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade do balão 30cc).				
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica com lastro e mandril (sonda nasoenteral) - possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.</p>				
189	50	<p>SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.</p> <ul style="list-style-type: none">- Espessura da sonda: 4,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		- Descartável (Uso único); - Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. - Produto com validade. - Reg. ANVISA e Reg. MS				
190	600	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ANVISA.				
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade			
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade			
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade			
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade			
200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade			
201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Registro ANVISA.				
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	Unidade			
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO-CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	Unidade			
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/ SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	Unidade			
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade			
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.				
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade			
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	Unidade			
212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC -Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade			
213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm				
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade			
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade			
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	Unidade			
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	Unidade			
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade			
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm				
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade			
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	Unidade			
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC – Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	Unidade			
224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		(termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm				
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade			
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade			
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; válvula de segurança; fluxômetro;	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.				
Valor Total						R\$

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

5.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irremovíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

5.3. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

5.4. Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.5. Os fornecedores/prestadores de serviços que não aceitarem reduzir seus valores aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.2. A ordem de classificação dos fornecedores/prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista no art. 156, incisos I ao IV da Lei nº 14.133/2021.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

6.1. Nos valores registrados quanto aos produtos a serem adquiridos, incluem-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS

7.1. As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento do Município, da seguinte forma:

02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434
02.08.02.10.301.0010.2114.3.3.90.30.00 – Ficha 444
02.08.02.10.301.0010.2117.3.3.90.30.00 – Ficha 465
02.08.02.10.301.0010.2125.3.3.90.30.00 – Ficha 482
02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
02.08.02.10.302.0010.2119.3.3.90.30.00 – Ficha 500
02.08.02.10.303.0010.2121.3.3.90.30.00 – Ficha 511
02.08.02.10.304.0010.2122.3.3.90.30.00 – Ficha 518
02.08.02.10.305.0010.2123.3.3.90.30.00 – Ficha 526
02.08.02.10.301.0010.2120.3.3.90.30.00 – Ficha 476
02.08.01.10.122.0010.1096.4.4.90.52.00 – Ficha 405
02.08.01.10.122.0010.1097.4.4.90.52.00 – Ficha 406
02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434
02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
02.08.02.10.303.0010.1584.4.4.90.52.00 – Ficha 508
02.08.02.10.304.0010.1103.4.4.90.52.00 – Ficha 514
02.08.02.10.305.0010.1104.4.4.90.52.00 – Ficha 521

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133/2021, são obrigações:

8.2. Da Fornecedor/Beneficiária:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- a) Executar com pontualidade os fornecimentos/serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos produtos/serviços, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar ao Município modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;
- f) Cumprir todas as obrigações de fornecimento dos produtos/execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preço.

8.2.1. Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

8.2.2. Fornecer os produtos de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

8.3. Do Órgão Gerenciador e as Secretarias Municipais:

- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
- c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
- d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
- h) Emitir requisição dos fornecimentos/serviços a serem executados.

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.1.1. Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
- b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- e) Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;
- f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
- g) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora;
- h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;

9.1.2. Pela Detentora quando:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.1.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento/execução dos serviços pelo Município.

9.2. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

9.3. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

9.4. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

9.5. A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

9.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

10.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei 14.133/2021.

10.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

10.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município e suas secretarias poderão sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. Fraudar o procedimento licitatório ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.12. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1. deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

valor, a diferença será descontada da garantia prestada (se houver) ou será cobrada judicialmente.

11.5. A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.6. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização.

11.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1. O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será o Município de Morro da Garça/MG, através da Secretaria Municipal de Administração.

12.2. São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e administração da ARP, as seguintes obrigações:

- a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
- b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
- c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
- d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
- e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer os materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
- g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos/serviços, através de Servidor designado para tal.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.6. É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento o dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

13.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133/2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial do qual ela se originou.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Curvelo/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Morro da Garça/MG, ____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE

EMPRESA DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHA 1: Nome: _____

..... CPF . _____

TESTEMUNHA 2: Nome: _____

..... CPF . _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO IX MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2024 PROCESSO Nº ____/2024

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2024

Ref.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2024

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI PERFAZEM
O MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG E A EMPRESA**

_____.

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.040/0001-06, com endereço Praça São Sebastião, nº 440, Centro, Morro da Garça/MG, CEP: 39.245-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Márcio Túlio Leite Rocha, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante, denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a (inserir nome da empresa/pessoa física), inscrita no CNPJ/CPF sob o nº _____, com sede/domicílio na Cidade de (inserir nome da cidade-UF), neste ato representada por seu (inserir o cargo), _____, portador da carteira de identidade nº _____, e do CPF nº _____, (somente em caso de pessoa jurídica), de ora em diante denominada CONTRATADA.

FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024 – REGISTRO DE PREÇOS, regido pela Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 3608/2024, homologado pelo Senhor Prefeito, em ____ de ____ de que é parte integrante do presente instrumento contratual.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Tem por objeto a **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital, abaixo os itens que constam do Contrato de Registro de Preços nº ____/2024 – Pregão nº 011/2024, a saber:

Item	Qtd.	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001	02	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL ANATÔMICO - adipômetro/plicômetro científico digital anatômico. Medidor de dobras cutâneas	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em abs com registro na anvisa. Função lock – trava o valor para melhor visualização; função de calibração – zero; botão on/off; sensibilidade 0,1mm; amplitude leitura: aproximadamente 70mm; pressão +-10g/mm ² ; montagem em abs. Molas em aço zincado que não enferrujam; relógio digital de alta precisão. Similar ou superior a adipômetro/plicômetro científico anatômico avanutri				
002	02	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA TETRA POLAR - Balança digital de bioimpedância tetra polar até 150kg. Balança de controle corporal que permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos.ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, índice de massa corporal (imc), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. SIMILAR OU SUPERIOR A BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL (CORPO INTEIRO) OMRON – HBF – 514C.	Unidade			
003	03	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL SIMPLES ATÉ 150KG	Unidade			
004	02	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Balança digital antropométrica infantil	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com concha em polipropileno até 30kg. SIMILAR OU SUPERIOR A WELMY				
005	01	<p>ELETROCAUTÉRIO - Bisturi Eletrônico é um equipamento micro-controlado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro-cirurgia. Controle suave, linear e independentes para os modo bipolar e monopolar. Sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre-potência de saída; saídas bipolares totalmente isolada; regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior); pedal contra penetração nociva de água: IPX-08; cabo de placa neutra; caneta padrão de baixa; placa neutra em inox (150x100x0,5mm); cabo de força (3m - 3 x 0,75mm²); kit de Eletrodos de baixa; eletrodo tipo agulha (85mm); eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm); eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); manual do usuário; Certificado de garantia. 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. Similar ou superior: Bisturi Eletrônico BP-150S - Emai</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura : 14,4 cm• Largura : 23,0 cm	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<ul style="list-style-type: none">• Profundidade : 23,5 cm• Peso : 3,5 kg				
006	01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – 420 LITROS - Câmara para conservação de vacinas e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R- 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo</p>	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

	<p>“ar forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho,</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p>DISCADOR: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA: 420 litros DIMENSÕES EXTERNAS: 1980 mm alt X 750 mm larg X 700 mm prof. DIMENSÕES INTERNAS: 1300 mm alt X 595 mm larg X 545 mm prof. FUNCIONAMENTO: BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz. SISTEMA DE EMERGÊNCIA: 48h REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001 GARANTIA - 12 meses SIMILAR OU SUPERIOR: BIOTECNO BT1100/420</p>			
007	04	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM – 110W - Concentrador de oxigênio 10LPM com nebulização – 110W. Aparelho destinado a fornecer</p>	Unidade		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>altas concentrações de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Vazão de Oxigênio: 0-10 L/Min;</p> <p>Dimensões: 372mm x 340mm x 612mm;</p> <p>Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ± 3%;</p> <p>Voltagem: 110 Volts;</p> <p>Modo de Funcionamento: Contínuo;</p> <p>Pressão Máxima de Saída: 17psi;</p> <p>Ruído: <50dB;</p> <p>Peso líquido: 24Kg;</p> <p>Potência Elétrica:610W;</p> <p>Sensor do Alarme de Concentração de Oxigênio: < 82%;</p> <p>Registro ANVISA: 80488290037</p> <p>Garantia: 3 anos</p> <p>Similar ou superior a Lumiar Health Care - Concentrador de Oxigênio Gran Mercury 10LPM-110V</p>			
008	30	<p>DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCCOL GEL – 800ML - Dispenser para sabonete líquido e álcool gel. Saboneteira combinada com reservatório para 800ml. Serve também para uso do refil de sabonete. Cor branca. Possui fechadura e chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.</p> <p>Medidas do produto: 12,5cm x 26cm x 11,5cm.</p> <p>Na cor branca.</p>	Unidade		
009	200	<p>REFIL DE GEL CLEAN ÁLCCOL 70% - 800ML - O gel antisséptico é indicado</p>	Unidade		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Elimina 99,9% das bactérias. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).				
010	200	REFIL DE SABONETE ANTISSÉPTICO – 800ML - O sabonete antisséptico apresenta tecnologia e segurança para higienização das mãos . É um sabonete cosmético destinado a profissionais da saúde e onde houver a necessidade da higienização das mãos. (USO HOSPITALAR, POIS DEVE OBEDECER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	Unidade			
011	80	SABONETE LÍQUIDO COM REGISTRO NA ANVISA - Deve retirar sujeiras e outros resíduos. Fórmula balanceada, possuir pH neutro e componentes suaves que não irrite a pele, de uso hospitalar.	Litro			
012	1.000	ÁLCCOL A 70% COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
013	400	ÁLCOOL EM GEL A 70% - Álcool em gel hipoalergênico. Eficaz contra H1N1. Uso hospitalar. <u>Registro na ANVISA</u>	Litro			
014	60	ALVEJANTE OU BRANQUEADOR P/ ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Alvejante líquido com excelente poder de remoção de manchas em tecidos, seguro para o uso em tecidos sensíveis ao cloro.	Litro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Prolonga a vida útil das roupas e atende às necessidades de todos os tipos de lavanderia. Indicado para ser utilizado através do sistema de dosagem no alvejamento e desinfecção de roupas brancas e coloridas que apresentem manchas de clorexidina, usada em hospitais. COM REGISTRO NA ANVISA.				
015	100	AMACIANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES - Amaciante para roupas hospitalares com REGISTRO NA ANVISA	Litro			
016	400	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	Unidade			
017	60	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO C/ REGISTRO NA ANVISA - Desincrustante enzimático com estabilidade comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução; fórmula com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Indicado para limpeza de instrumental médico-cirúrgico, endoscópios e artigos odontológicos. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição, alta rentabilidade na diluição, produto biodegradável. Frasco de 1000 ml. COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
018	100	DETERGENTE (SABÃO) PARA ROUPAS HOSPITALARES COM REGISTRO NA ANVISA - Detergente	Kilo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		em pó indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas brancas e de cores firmes com sujidades de leve a pesada em lavanderias de hospitais. Uso Institucional. COM REGISTRO NA ANVISA.				
019	300	HIPOCLORITO A 1ç COM REGISTRO NA ANVISA	Litro			
020	2.000	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO P/ RESÍDUOS HOSPITALARES 30 LITROS C/ SÍMBOLO	Unidade			
021	70	ABAIXADOR DE LÍNGUA - Abaixador de língua, em madeira; descartável; formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	Pacote			
022	08	Ácido acético à 2% com REGISTRO NA ANVISA.	Litro			
023	20	AGULHA 13 X 4,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 13 x 4,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E.	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		CAIXA COM 100 UNIDADES.				
024	30	AGULHA 20 X 5,5MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
025	30	AGULHA 25 X 7MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 7mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa			
026	30	AGULHA 25 X 8MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 25 x 8mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica,	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		apirrogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
027	20	AGULHA 40 X 12MM C/ DISP. SEGURANÇA - Agulha hipodérmica 40 x 12mm com dispositivo de segurança indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, apirrogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada em O.E. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
028	04	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE - ADULTO - FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO. Similar ou superior: Welch Allyn.				
029	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE –INFANTIL – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho INFANTIL. Similar ou superior: Welch Allyn.	Unidade			
030	02	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANEROIDE – ADULTO OBESO – FECHO VELCRO - Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de fácil leitura; Braçadeira FlexiPort; Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Anel de borracha para proteção (cinza); Tecnologia DuraShock p/ manter calibrados por muito mais tempo, e garantir leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho; Atender as normas da AAMI de resistência a impactos; Manômetro girar 360° para fácil visualização; Ter capacidade de não perder a calibração e não quebrar se houver uma queda de até 76cm; Garantia de 5 anos. Tamanho ADULTO OBESO. Similar ou superior: Welch Allyn.				
031	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO P: 0,70X0,70X1,00.	Unidade			
032	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO M: 1,40X1,00X1,00.				
033	03	BANDAGEM TRIANGULAR – TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40M - É um acessório com múltiplas funções, utilizado no resgate de acidentados, pode ser colocada em diferentes partes do corpo para imobilizações provisórias, é própria para enfaixamento, curativos, fixação de talas e até mesmo usada como tipoia. Confeccionado em tecido cru lavável. TAMANHO G: 2,00X1,40X1,40.	Unidade			
034	30	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO – PLACA 10X10CM - Curativo alginato de Cálcio e Sódio – indicado para feridas em fase de exsudação, tais como: feridas secas não infectadas, necrose ou esfacelo; feridas com tecido de granulação; úlceras; queimaduras de 2º grau de pequenas extensões; feridas com perda parcial de tecidos e áreas pós-trauma. PLACA DE 10.	Unidade			
035	70	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - Algodão Hidrófilo são rolos de manta uniformes enrolados sobre si; são para higienização; Anti-sepsia da pele; amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções desde que o algodão esteja envolto com gaze evitando o desprendimento de fibras. Fibras 100% Algodão. Pacote com 500 grs.	Pacote			
036	20	ALMOTOLIA BICO RETO ÂMBAR – 300ML - Almotolia, confeccionada em	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; cor âmbar e capacidade de 300 ml.				
037	20	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE – 300ML - Almotolia, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo; bico reto; transparente e capacidade de 300 ml.	Unidade			
038	100	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 20 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
039	150	ATADURA DE CREPE 6CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 06 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
040	150	ATADURA DE CREPE 12CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 12 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.				
041	100	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 15 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
042	60	ATADURA DE CREPE 25CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 25 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.	Pacote			
043	60	ATADURA DE CREPE 30CMX1,8MT DE ALGODÃO C/ 13 FIOS – PACOTE C/ 12 UNIDADES - Atadura de crepe confeccionada em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, com densidade de 13 fios/cm ² , possui bastante	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Tamanho: 30 CM X 1,8mt (em repouso), pacote com 12 unidades; dermatologicamente testado; não estéril.				
044	30	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5MTS ESTÉRIL - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade			
045	20	BOLSA TÉRMICA PARA COMPRESSA QUENTE OU FRIA - Bolsa Térmica com formato prático e duplo revestimento, pode ser usada como BOLSA de água quente ou compressa fria. É indicada para cólicas abdominais e menstruais, dores lombares, traumatismos e tratamentos ortopédicos. Tamanho médio.	Unidade			
046	10	CABO DE BISTURI Nº3 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº3	Unidade			
047	10	CABO DE BISTURI Nº4 - CABO PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL Nº4	Unidade			
048	30	CAMISOLA EM TECIDO – TAMANHO G – COR: BRANCA - Camisola em tecido 100% algodão, transpassada com amarração lateral e manga japonesa. TAMANHO: G – Cor: BRANCA	Unidade			
049	05	CAMPO OPERATÓRIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM 35G – NÃO ESTÉRIL – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) confeccionada com fios	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		100% algodão em tecido quádruplo c/ ou sem fio radiopaco. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto descartável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: não estéril c/ fio radiopaco; 4 camadas c/ cadaço; 100% puro algodão; tamanho: 45 cm X 50cm; 35g; pacote c/ 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade.				
050	500	CAPOTE DESCARTÁVEL (AVENTAL MANGA LONGA) 40GRS – NÃO CIRÚRGICO – PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote			
051	500	CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS (ADULTO)	Unidade			
052	500	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO Nº 18 - Cateter venoso periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 18	Unidade			
053	600	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 20 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 20				
054	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 22 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 22	Unidade			
055	700	CATÉTER PERIFÉRICO Nº 24 - Cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer Lok Universal codificado por cores; câmara de refluxo tem desenho que melhora a empunhadura; tampa da câmara de refluxo com micro estrias.É indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. Nº 24	Unidade			
056	02	CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Modelo Adulto; confeccionado em fitas de poliamida	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		100% preta e colorida com 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto. 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.				
057	02	COLAR DE RESGATE ADULTO - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: ADULTO	Unidade			
058	02	COLAR DE RESGATE INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: INFANTIL	Unidade			
059	02	COLAR DE RESGATE NEONATAL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, com velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Tamanho: NEONATAL	Unidade			
060	120	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - Coletor de urina sistema fechado estéril; fabricado em PVC; possui tubo extensor transparente e flexível em PVC atóxico com, 110 cm de comp., que tem por finalidade transportar a urina do paciente até a	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		bolsa coletora; clamp corta fluxo em Polietileno que tem por finalidade impedir o refluxo da urina da bolsa para a bexiga (e vice-versa), tubo de drenagem em PVC atóxico transparente c/ pinça corta fluxo, válvula anti-refluxo em PVC que impede o retorno da urina da bolsa às vias urinárias, filtro de ar hidrófobo em poliamida com a finalidade de reduzir os riscos de contaminação; e suporte para fixação tipo cabide em Polietileno com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito; disponível no tamanho 2.000 ml (2 lts); atóxico e apirogênico; descartável, de uso individual e por procedimento. Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.				
061	600	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DE 7,5X7,5CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS – 100% ALGODÃO – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Compressa de gaze em algodão macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; produto com validade. Pacote com 500 unidades.	Pacote			
062	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada:	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho ADULTO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.				
063	10	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO (COPINHO + MANGUEIRA) - O kit micronebulizador é responsável por facilitar a absorção de medicamentos que são arrastados pelo fluxo gasoso de oxigênio ou ar comprimido medicinal através da nebulização. ESPECIFICAÇÕES: pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm ² ; faixa de vazão: 4 a 12 lpm; diâmetro médio: 38mm.; altura: 41mm.; comp. da mangueira: 1500mm (1,5Mts); máscara com passagens, para evitar concentração de gás carbônico no seu interior. Tamanho PEDIÁTRICO Embalagem contém: 1. Máscara Plástica Tamanho Adulto; 1. Unidade Nebulizadora; 1. Mangueira (extensão) e 1. Elástico.	Unidade			
064	05	CUBA REDONDA DE INOX - Cuba para assepsia em aço inoxidável; dimensões: 9 cm x 5,5 cm; capacidade: 150 ml a 200 ml; aço inoxidável e Reg. na ANVISA.	Unidade			
065	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 6,5CMX9,5CM -Curativo de carvão	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 6,5cm x 9,5cm. Com Registro na Anvisa.				
066	20	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5CMX10,5CM - curativo de carvão ativado com prata, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregado com prata inserida num sachê de não-tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável. Tamanho 10,5cm x 10,5cm. Com Registro na Anvisa	Unidade			
067	15	DIU (Dispositivo Intra Uterino) T DE COBRE - Dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços. Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado à sua extremidade. Medidas: dimensões do T são 36mm na direção vertical e 32mm na direção horizontal. Indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não apresentam contra-indicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre todos os métodos anticoncepcionais.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm. Processo de Esterilização: Esterilizado por Raio Gama.				
068	02	<p>ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DEA CMOS DRAKE ADULTO - As placas multifunção descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade.</p> <p>As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima</p>	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal. <u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL				
069	02	ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR DE CMOS DRAKE INFANTIL - As placas multifunção descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador. A forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele. O elevado isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados. são embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade. As placas multifunção descartáveis são indicadas nas seguintes aplicações: Desfibrilação Externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. As placas multifunção descartáveis permitem que o operador possa intervir com eficácia no	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal. <u>COMPATÍVEL COM CMOS DRAKE.</u> CASO CONTRÁRIO, SERÁ INUTILIZÁVEL.				
070	150	ELETRODOS PARA ECG COM ADESIVO CONDUTOR – PACOTE C/ 50 UNIDADES - Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; indicado para eletrocardiograma; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Pacote			
071	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 190X370MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.				
072	30	ENVELOPE AUTO-SELANTE DE PAPEL/PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO – CAIXA C/ 200 UNIDADES – TAMANHO: 140X290MM - Envelopes auto-selantes, produzidos em papel grau cirúrgico e filme “Flex” multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e/ou óxido de etileno; dispensa a utilização de seladora para o fechamento, pois possui uma fita auto-adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado;	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		permite rastreabilidade do lote produzido através da numeração indicada no verso de cada embalagem; apresentação em caixas com 200 unidades; registrado na ANVISA.				
073	1.500	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - Equipos indicados para infusão de soluções parenterais estéreis; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico. Produto médico hospitalar de uso único. <u>NÃO DEVE SER DE ROSCA NA PONTA.</u>	Unidade			
074	800	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Equipos para nutrição enteral macrogotas.	Unidade			
075	20	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL - PACOTE C/ 100 UNIDADES - Escova cervical composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do	Pacote			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		cone, de 0,5 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES				
076	02	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR CHOCOLATE COBRE. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC HILTMANN	Unidade			
077	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR AZUL ESPELHADO. GARANTIA DE 5 ANOS.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN				
078	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR PRETO. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC III LITTMANN	Unidade			
079	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR ROXO.	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILLITTMANN				
080	01	ESTETOSCÓPIO - Auscultador de dois lados, com diafragma ajustáveis em ambos os lados; para uso adulto e pediátrico; diafragma de peça única fácil de remover, colocar e limpar; olivas de selamento suave e vedação acústica excelente, proporcionando um ajuste confortável; auscultador duplo; peso do auscultador: 82 gramas; diâmetro do diafragma: 4,3cm; material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo de diafragma: ajustável de peça única; vedação das olivas: suave; olivas extras; comprimento: 69cm; diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. COR FRAMBOESA. GARANTIA DE 5 ANOS. SIMILAR OU SUPERIOR: ESTETOSCÓPIO CLASSIC IILLITTMANN	Unidade			
081	05	ESPAÇADOR VALVULADO – GRANDE - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - grande - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bocal; capacidade de	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		250 ml. Tamanho da máscara: grande				
082	05	ESPAÇADOR VALVULADO – MÉDIO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bucal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: médio	Unidade			
083	05	ESPAÇADOR VALVULADO – PEQUENO - Indicado para pacientes com asma e bronquite; melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha); aumenta a deposição pulmonar do medicamento; O espaçador valvulado foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido com "bombinha"; encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas de mercado); máscara - macias e atóxicas; válvula em silicone, unidirecional no bucal; capacidade de 250 ml. Tamanho da máscara: pequeno	Unidade			
084	100	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5MTS - Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 mts. composto	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; fácil de rasgar e de excelente flexibilidade; deve possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
085	30	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CMX4,5MTS - Esparadrapo transparente 10cm x 4,5mts.	Rolo			
086	20	ESPÁTULA DE AYRE – PACOTE C/ 100 UNIDADES - Espátula de Ayre instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Características do produto: material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento e validade: 5 anos. Pacote com 100 unidades.	Pacote			
087	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
088	800	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		realização do exame.				
089	300	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Espéculo Vaginal descartável sem lubrificação deve vir parafuso inserido, facilitando a realização do exame.	Unidade			
090	02	ESPÉCULO VAGINAL M EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho MÉDIO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
091	02	ESPÉCULO VAGINAL P EM AÇO INOXIDÁVEL - Espéculo vaginal utilizado na realização de exames ginecológicos; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; tamanho PEQUENO; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
092	01	ESTESIÔMETRO - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade. CARACTERÍSTICAS: Dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. ITENS INCLUSOS: Acompanha uma caneta reserva.	Unidade			
093	20	FILME TRANSPARENTE ROLO - Filme transparente em rolo, não estéril, coberto com adesivo hipoalergênico, livre de látex. Produto permeável ao oxigênio e ao vapor úmido; a prova	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		d'água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus. O produto permite que o usuário corte-o conforme a necessidade de utilização. É indicado para ser usado como curativo secundário; para proteção da pele sob risco, pele intacta; para segurar dispositivos na pele (por exemplo: tubos de drenagem e infusão); e como uma cobertura a prova d'água. Tamanho: 15cm X 10m. Registro na ANVISA. Validade de 2 anos.				
094	04	FIO CATGUT 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio Catgut para sutura, estéril e absorvível, composto de tecido conjuntivo purificado de origem animal, cortado em fitas uniformes, tratados de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de coloração marrom. Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: Cirurgias gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo e Urologia. Absorvível; contém uma agulha cilíndrica em formato circular; boa resistência. Caixa com 24 unidades.	Caixa			
095	04	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.				
096	04	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
097	04	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
098	03	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.				
099	03	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 1,9CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Fio de Nylon - Monofilamento preto; com agulha em aço inox 3/8 círculo cortante 1,9cm; atóxico, não-pirogênico, de uso único; esterilizado em Raio Gama; embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio; possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades. Registro ANVISA e validade de 5 anos.	Caixa			
100	02	FIO VICRYL -FIO VICRYL 2.0 C/ AGULHA 2,5CM – CAIXA C/ 24 UNIDADES - Registro na ANVISA	Caixa			
101	250	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50MTS - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Produto com validade.	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

102	50	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - Fita adesiva para autoclave, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Seu adesivo não mancha o pano, deslocando-se sem rasgar. Fita autoclave 19mm x 30mts.	Unidade			
103	60	FITA P/ GLICOSÍMETRO COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE – CAIXA C/ 50 UNIDADES - Fita para glicosímetro compatível com aparelho Accu-Check Active que identifica se a amostra de sangue foi insuficiente e permite a colocação de uma segunda gota em até 5 segundos; com a própria tira de teste é possível comparar rapidamente o resultado do teste, através de uma escala de cores impressa no frasco, possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) e aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor). COMPATÍVEL C/ APARELHO ACCU-CHECK ACTIVE	Caixa			
104	05	FORMOL 10% - Formol 10% - frasco c/ 1000ml	Litro			
105	3.000	FRASCO PARA DIETA ENTERAL – 500ML - Frasco para nutrição enteral 500ml	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

106	02	GARROTE ELÁSTICO ADULTO COM FECHO EM PVC - Garrote elástico ADULTO confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade			
107	02	GARROTE ELÁSTICO INFANTIL COM FECHO EM PVC - Garrote elástico INFANTIL confeccionado em tecido elástico com trava de segurança de plástico (Trava com 2 estágios: 1º – alívio; 2º – retirada).	Unidade			
108	20	GEL PARA ULTRASSOM - Gel sem essência e sem corante. Meio de contato para transmissão ultra-sônica, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele, bom rendimento e excelente condutividade sônica. Auxilia na conservação dos transdutores. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.	Litro			
109	30	GELOX 200ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 200ml	Unidade			
110	30	GELOX 400ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 400ml	Unidade			
111	40	GELOX 550ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 550ml	Unidade			
112	40	GELOX 750ML - Gelo Gel Artificial Reutilizável Rígido 750ml	Unidade			
113	30	HIDROCOLÓIDE PLACA 15 CM X 20 CM. - Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 05 unidades.				
114	30	HIDROCOLÓIDE PLACA EXTRA FINO 10 CM X 10 CM -Hidrocolóide placa é composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE A MODERADA EXSUDAÇÃO, COMO ABRASÕES E LACERAÇÕES SUPERFICIAIS, RACHADURAS DA PELE, ÚLCERAS DE PERNA (VENOSAS, ARTERIAIS E MISTAS), ÚLCERAS DIABÉTICAS E POR PRESSÃO (PARCIAL E TOTAL), PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, EXCISÕES	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		DERMATOLÓGICAS, ÁREAS DOADORAS, INCISÕES CIRÚRGICAS E FERIDAS EXTERNAS CAUSADAS POR TRAUMAS. Caixa c/ 10 unidades.				
115	100	HIDROGEL COM AGE – TUBO 30GR - É um gel estéril destinado ao tratamento de feridas que possui em sua formulação água deionizada, propilenoglicol e óleos de origem vegetal, capaz de promover hidratação da ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico. O produto é um curativo primário, não aderente e fácil de aplicar que preserva o tecido de granulação recém-formado durante as trocas de curativos, pois é removido facilmente pela irrigação da ferida com solução fisiológica. A esterilização é realizada por radiação gama de Cobalto 60.	Tubo			
116	60	HIDROGEL COM ALGINATO – TUBO 25GR - É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também	Tubo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia, infectadas ou não.				
117	02	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (KOH) 10% - Solução aquosa de hidróxido de potássio 10% - Frasco 1000ml.	Frasco			
118	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL -IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL - IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA	Unidade			
119	02	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTE A PRANCHA, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ORIFÍCIO AURICULAR DE 80MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA MEDINDO 39 X 24CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23X13X5CM. COR: AMARELA. REGISTRO NA ANVISA				
120	15	INDICADOR BIOLÓGICO 24HS – CAIXA C/ 50 UNIDADES - INDICADOR BIOLÓGICO para monitorar CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Resultados finais após apenas 24 horas de incubação. Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. COMPATÍVEL COM A MINI-INCUBADORA CRISTÓFOLI. Caixa com 50 unidades. Similar ou superior a Spor Test Cristófoli.	Caixa			
121	20	INDICADOR QUÍMICO CAIXA COM 25 TIRAS ADESIVAS – ACOMPANHA LIVRO - INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO-ADESIVO. CAIXA COM 25 TIRAS, <u>ACOMPANHA LIVRO P/ COLAR TIRAS.</u> SIMILAR ou superior : INDICADOR QUÍMICO EMULADOR CRISTÓFOLI CLASSE 6 TST	Caixa			
122	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 11 - Lâmina de bisturi nº 11 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.				
123	02	LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
124	02	LÂMINA BISTURI ESTÉRIL Nº 23 - Lâmina de bisturi nº 23 utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; grande resistência à corrosão e perda de afiação; mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a Raios Gama; embaladas individualmente em material aluminizado com Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa			
125	50	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR – CX C/ 100 UNIDADES - Lanceta para coleta de sangue capilar CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Deve atender à NR32. não permite o reaproveitamento, com sistema de disparo: ativada por contato e descarte seguro.				
126	200	LENÇOL de PAPEL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50MTS. COR: BRANCO.	Rolo			
127	400	LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO PARA MACA – PACOTE C/ 10 UNIDADES - Lençol descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno; não estéril; indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possam contaminar o paciente, a maca ou colchão. Uso único. Embalagem c/ 10 unidades. Cor: branco	Pacote			
128	50	LIDOCAÍNA GEL 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20MG/G – GELÉIA - Cloridrato de Lidocaína Geleia 2% é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada. Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação. Tubo c/ 20g.	Tubo			
129	01	LUPA - Lupa de haste ergonômica, lente Ø 15 mm : aumento: 10 x. (PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CME)	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

130	150	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixa dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro na Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. G	Caixa			
131	400	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. M	Caixa			
132	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. P				
133	500	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PP – CAIXA C/ 100 UNIDADES - Luva de procedimento de látex para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas dispensadora com 100 unidades cada. Aprovada pelo Ministério da Saúde. Com Registro Anvisa. Deve atender as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Tam. PP	Caixa			
134	20	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO P – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. P (CAIXA C/ 100 UNIDADES).				
135	50	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO M – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. M (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
136	30	LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL – TAMANHO G – CAIXA C/ 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTO EM SILICONE, CONFECCIONADA EM VINIL. NÃO PIGMENTADA, NÃO ESTÉRIL, FACES EXTERNA E INTERNA LISA, MODELAGEM AMBIDESTRA SEM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), DESCARTÁVEL APÓS O USO. TAM. G (CAIXA C/ 100 UNIDADES).	Caixa			
137	150	LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.				
138	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
139	150	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
140	150	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 (PAR) - Luva estéril levemente talcada; com pó bioabsorvível; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; bainha reforçada; embalagem em papel grau cirúrgico; embalada em "wallet" (portaluvas), contendo um par de luvas; fabricada em látex; formato anatômico; superfície lisa e microtexturizada na ponta dos dedos.	Unidade			
141	500	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Máscara cirúrgica descartável tripla (3 camadas)	Caixa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com clip e elástico. Caixa com 50 unidades.				
142	02	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm	Unidade			
143	02	MANDRIL PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização. Disponível nos modelos Adulto e (Infantil), componentes: 01 – Guia de intubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm): - Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm	Unidade			
144	50	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO TAM. ADULTO COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. ADULTO.				
145	20	MÁSCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO - Máscara O2 adulto de alta concentração com tubo e balonete. Máscara para administração de oxigênio de alto débito, transparente, clip metálico p/ adaptação ao nariz, saco reservatório, filtro lateral, elástico para fixação da máscara à cabeça e tubo de 2mts. TAM. INFANTIL.	Unidade			
146	500	MÁSCARA N95 - Máscara recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Deve possuir: Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95; Eficiência mínima de filtragem de 95%; BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica); Formato Concha; Resistente a fluidos. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade			
147	150	MICROPORE 2,5CMX10MTS - Fita cirúrgica microporosa branca 2,5cm x 10mts. Produto com validade.	Rolo			
148	06	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO - Análise da Idade Vascular (aterosclerose); Visor colorido de LED para fácil leitura; tela rotacional, para diferentes formatos de visualização; alarme de SpO2 abaixo de 90%;	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Indicação do sinal de pulso, FC, SpO2, carga da bateria; abas laterais eliminam a luz ambiente, proporcionando leituras mais rápidas e precisas; fácil uso, com apenas um botão; utiliza duas pilhas alcalinas AAA; desligamento automático após 8 segundos.				
149	10	PAPÉL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 30X30CM – PACOTE C/ 500 UNIDADES - Papel crepado para esterilização que oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; atóxico e não irritante; proporciona segurança; confeccionado em 100% celulose; produto com validade e Registro na Anvisa. PACOTE COM 500 UNIDADES.	Pacote			
150	20	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 15cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
151	20	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de	Rolo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 20cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA				
152	20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM x 100MTS - Rolo de esterilização – Bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Rolo de 100mts. Tamanho: 5cm X 100mts. REGISTRO NA ANVISA	Rolo			
153	20	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000 - Papel para realização de ECG termosensível, reticulado, 216 mm x 30 mts. para uso em eletrocardiógrafo compatível com a marca Bionet Cardiocare 2000 e Cardio Touch 3000. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Pacote com 10 rolos.	Rolo			
154	02	PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL - PAPEL P/ REALIZAÇÃO DE ECG COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DIXTAL PAPEL EM FORMATO A4. BLOCO DE 1.000 FOLHAS -	Caixa			
155	04	PAPEL SMS INVOLUCRO 90X90CM (40GR) C/ 50 UNIDADES - Papel confeccionado em Spunbond,	Pacote			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Meltblown, Spunbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de ESTERILIZAÇÃO a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto à ação de agentes externos. Cor: Verde ou azul. Pacote c/ 50 unidades. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: 90x90cm; Registro ANVISA; Validade: 5 anos.				
156	05	PINÇA ANATÔMICA RETA 14CM - Pinça anatômica reta 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
157	05	PINÇA ANTÔMICA RETA 16CM - Pinça anatômica reta 16 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com serrilha. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
158	01	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE – PONTA ENCAIXE - Pinça de Apreensão do Deferente – Ponta Encaixe – em aço inoxidável com extra tratamento contra indicação	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

159	600	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL - Pinça de Cheron descartável, fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5 cm.	Unidade			
160	05	PINÇA DENTE DE RATO 14CM - Pinça dente de rato 14 cm usada para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; com dente na extremidade. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade			
161	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM - Pinça hemostática Kelly curva 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
162	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM - Pinça hemostática Kelly curva 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
163	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 18 CM - Pinça hemostática Kelly curva 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.				
164	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM - Pinça hemostática Kelly reta 14 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
165	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM - Pinça hemostática Kelly reta 16 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
166	05	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 18CM - Pinça hemostática Kelly reta 18 cm é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.	Unidade			
167	05	PINÇA MOSQUITO LISA - Pinça mosquito lisa 12 cm em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade			
168	06	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM - Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 ; com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		fabricação.				
169	05	PORTA ALGODÃO LIMPO COM MOLA 10X08CM - Fabricado em aço inox, Dimensões: 10 x 08 cm (Altura x Diâmetro)	Unidade			
170	10	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – CAIXA C/ 144 UNIDADES - Preservativo sem lubrificante – Caixa c/ 144 unidades	Caixa			
171	05	PVPI DEGERMANTE C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. A base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
172	05	PVPI TÓPICO C/ REGISTRO NA ANVISA - É indicado como antisséptico para curativos em geral e em mucosas. É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06.	Litro			
173	300	SCALP Nº 21 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 21G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: verde				
174	500	SCALP Nº 23 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 23G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: azul	Unidade			
175	500	SCALP Nº 25 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 25G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: laranja				
176	500	SCALP Nº 27 - Dispositivo de uso único, descartável, calibre 27G; embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 50 unidades; protetor da agulha; asas de empunhadura/fixação; tubo vinílico transparente, atóxico e aprotogênico; conector fêmea Luer-Lok™ codificado por cores; paredes finas. Produto com validade. É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue. Cor: marron	Unidade			
177	05	SCHILLER C/ REGISTRO NA ANVISA - Solução para teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico de neoplasias uterinas.	Litro			
178	1.200	SERINGA DE 10ML - SERINGA DE 10ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
179	1.000	SERINGA DE 20ML - SERINGA DE 20ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
180	2.000	SERINGA DE 3ML - SERINGA DE 3ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
181	2.000	SERINGA DE 5ML - SERINGA DE 5ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

182	1.000	SERINGA DE 1ML - SERINGA DE 1ML C/ ÊMBOLO QUEBRÁVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade			
183	100	SOLUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) 100ML - COMPOSTO DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA; (FRASCO DE 100ML). USADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO; FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, DE QUALQUER ETIOLOGIA; FERIDAS COM PERDA DE TECIDO SUPERFICIAL E PARCIAL; DERMATITES PERILESÕES; QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU; DERMATITES AMONIACAIS (ASSADURAS DE BEBÊ); DERMATITES PERIGASTROSTOMIAS, TRAQUEOSTOMIAS E DRENOS. COM VALIDADE DE 02 ANOS.	Unidade			
184	24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 - Sonda de aspiração traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sonda nr.12,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		49cm, aberta, 02 furos; unidade em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama.				
185	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 16F - Sonda de Foley 2V nº 16F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 16 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
186	40	Sonda de Foley 2V nº 12F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 12 e capacidade do balão 30cc).				
187	50	SONDA DE FOLEY 2V, Nº 18F - Sonda de Foley 2V nº 18F, 30cc com balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; informações sobre procedência e validade impressas na embalagem; garantia contra defeitos de fabricação ou materiais; fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; produto com validade; REGISTRO no MS; uso único-proibido reprocessar. (Sonda com duas vias, nº 18 e capacidade do balão 30cc).	Unidade			
188	10	SONDA TRANSPILÓRICA COM LASTRO E MANDRIL (SONDA NASOENTERAL) - Sonda transpilórica	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		<p>com lastro e mandril (sonda nasoenteral)</p> <p>- possui um conector de silicone de duplo acesso, ambos com tampa lateral e com fecho e suas dimensões de entrada permitem a conexão de seringas tipo Luer Slip e tipo Luer Lock, presente no extremo proximal da sonda. Há um guia metálico de aço inoxidável AISI 302 no seu interior. Esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diâmetro final 0,40 mm e 0,80 mm segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proximal. O tubo está marcado aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm. do extremo distal. Tem um contrapeso de tungstênio no extremo distal feito de metal cilíndrico maciço de grande peso específico somado a um tubo de inserção que está desenhado de tal forma que permite a reinserção do mandril guia. O extremo distal da sonda está fechado e é radiopaco. Possui dois orifícios opostos em um segmento semi-rígido (tubo de inserção) colocado em seu extremo distal.</p>			
189	50	<p>SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.</p> <p>- Espessura da sonda: 4,5mm;</p> <p>- Uretral para drenagem de urina na</p>	Unidade		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		uretra e bexiga; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. - Produto com validade. - Reg. ANVISA e Reg. MS				
190	600	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
191	700	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
192	1.000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno; transparente; alça giratória 360º e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.	Unidade			
193	240	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250ML - Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno;	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		transparente; alça giratória 360° e retrátil; lacre de segurança metálico; um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro ANVISA.				
194	200	SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
195	200	SORO GLICOSADO FRASCO 500 ML - Soro glicosado é uma solução isotônica em relação ao sangue, que contém 5%, em massa, de glicose em água destilada, ou seja, cada 100 mL de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. Registro ANVISA.	Unidade			
196	05	TALA ARAMADA 30X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 30x8x3 cm – PP	Unidade			
197	05	TALA ARAMADA 53X8X3 CM -Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 53x8x3 cm – Pequena	Unidade			
198	05	TALA ARAMADA 63X9X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 63x9x3 cm – Média	Unidade			
199	05	TALA ARAMADA 86X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 86x10x3 cm – Grande	Unidade			
200	05	TALA ARAMADA 102X10X3CM - Tala aramada com velcro para imobilização tamanho 102x10x3 cm – GG	Unidade			
201	10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Termômetro clínico digital com faixa de medição: +32°C a +42°C; função auto-	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		desligamento: após 10 minutos; vida útil: 250h ou até 1.000 usos; instrumento à prova d'água. Registro ANVISA.				
202	20	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - Termômetro digital máxima e mínima com cabo extensor e alarme. Registro da temperatura máxima e mínima do período; medição da temperatura interna e externa; alarme para temperatura programada; cabo de aproximadamente 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes; dimensões: 110 x 70 x 20mm e alimentação: 1 pilha 1,5 tipo AAA. Similar ou superior a INCOTERM	Unidade			
203	05	TESOURA CURVA PONTA FINA 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 14 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
204	05	TESOURA RETA PONTA FINA 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 10 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	Unidade			
205	05	TESOURA RETA PONTA FINA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL - Tesoura reta ponta fina 16 CM confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Certificações de Padrões Internacionais	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.				
206	100	TESTE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTO-CLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, IDENTIFICANDO A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADO POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR, INDICADO PELA MUDANÇA DE COR DO INDICADOR QUÍMICO EXISTENTE NO PACOTE (DE AZUL P/ ROSA).	Unidade			
207	400	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS P/ SARS-COV - Teste imunocromatográfico de antígenos p/ SARSCoV2. Amostra de swab de nasofaringe humana (teste nasal). Superior ou similar: ECO/SDBiosensor.	Unidade			
208	500	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO P/ DETECÇÃO - Teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1), em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de infecções pelo vírus da Dengue. Caixa c/ 25 unidades. Superior ou similar: Dengue AG ECO Teste	Unidade			
209	400	TESTE RÁPIDO P/ DETECÇÃO DE GRAVIDEZ - Teste Rápido de hCG 25mUI é um ensaio imunocromatográfico para a detecção	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. É destinado como um auxiliar na detecção precoce de gravidez.				
210	15	TUBO DE SILICONE – TAMANHO: 6 X12MM C/ 15 METROS - Fabricado com silicone 100% puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave), resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, TAMANHO: 6 x 12mm / c/ 15 metros.	Unidade			
211	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.0 mm	Unidade			
212	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO EM PVC -Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 2.5 mm.	Unidade			
213	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.0 mm				
214	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 3.5 mm	Unidade			
215	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.0 mm	Unidade			
216	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 4.5 mm	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

217	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.0 mm	Unidade			
218	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 5.5 mm	Unidade			
219	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.0 mm	Unidade			
220	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente,	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 6.5 mm				
221	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO EM PVC - Tubo endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.0 mm	Unidade			
222	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 7.5 mm	Unidade			
223	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO EM PVC – Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.0 mm	Unidade			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CEP: 39.248-000****CNPJ: 17.695.040/0001-06**

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

224	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 8.5 mm	Unidade			
225	02	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO EM PVC - Sonda endotraqueal com balão, em PVC com silicone (termosensível), descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal. Tamanho: 9.0 mm	Unidade			
226	10	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA - Produto desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. COMPOSIÇÃO: tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas - 1,50 CM	Unidade			
227	10	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Válvula Reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio, conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300	Unidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

		Kgf/cm2; entrada com filtro em bronze sinterizado; pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2; válvula de segurança; fluxômetro; fabricado em metal cromado com garantia de fábrica.				
Valor Total					R\$	

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024, a Ata de Registros de Preços nº ____/2024 constantes do Processo Licitatório nº 040/2024, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da Contratada.

Parágrafo único – A execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A contratação será custeada com os recursos decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

- 02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434
- 02.08.02.10.301.0010.2114.3.3.90.30.00 – Ficha 444
- 02.08.02.10.301.0010.2117.3.3.90.30.00 – Ficha 465
- 02.08.02.10.301.0010.2125.3.3.90.30.00 – Ficha 482
- 02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
- 02.08.02.10.302.0010.2119.3.3.90.30.00 – Ficha 500
- 02.08.02.10.303.0010.2121.3.3.90.30.00 – Ficha 511
- 02.08.02.10.304.0010.2122.3.3.90.30.00 – Ficha 518
- 02.08.02.10.305.0010.2123.3.3.90.30.00 – Ficha 526
- 02.08.02.10.301.0010.2120.3.390.30.00 – Ficha 476
- 02.08.01.10.122.0010.1096.4.4.90.52.00 – Ficha 405
- 02.08.01.10.122.0010.1097.4.4.90.52.00 – Ficha 406
- 02.08.02.10.301.0010.1100.4.4.90.52.00 – Ficha 434
- 02.08.02.10.302.0010.1106.4.4.90.52.00 – Ficha 492
- 02.08.02.10.303.0010.1584.4.490.52.00 – Ficha 508
- 02.08.02.10.304.0010.1103.4.4.90.52.00 – Ficha 514
- 02.08.02.10.305.0010.1104.4.4.90.52.00 – Ficha 521

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

4.1. Pelo fornecimento do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à Contratada o preço total referente aos preços unitários conforme descrito na cláusula 1ª.

4.2. O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal referente aos fornecimentos executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Administração, juntamente com as Ordens de Fornecimentos emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do recebimento dos produtos seja atendida todas as especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

4.3. O prazo para a efetivação do pagamento referente à(s) aquisição(ões) solicitado e devidamente entregues será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Ordem de Fornecimentos e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

4.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços, nº do Contrato e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.6. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis.

4.7. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação pelo Contratante, do índice do IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.9. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

4.10. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

4.11. Caso o(s) índice(s) estabelecido para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) para legislação então em vigor.

4.12. Na ausência de previsão legal, quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

4.13. O reajuste será realizado por apostilamento.

5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O objeto desta contratação será fornecido de acordo com a necessidade da Prefeitura, de acordo com pedidos/entregas do OBJETO DO CONTRATANTE, sob a fiscalização do executor do contrato por este designado.

5.2. DA FORMA DE ENTREGA

5.2.1. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato, se for o caso ou do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa parcelada, observando a quantidade mínima conforme solicitado pelo Município ou pelos Fundos.

5.2.2. Os produtos entregues serão recebidos pelo farmacêutico responsável pela Unidade Farmacêutica de Todos, acompanhado pelo Fiscal do Contrato, no seguinte endereço: rua Gonçalves da Fonseca, nº 80, bairro Cerrado, Morro da Garça/MG, CEP 39.245-000, no horário das 07 às 16 horas.

5.2.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.7. O Fornecedor deverá cumprir rigorosamente com os prazos, devendo o objeto ser de boa qualidade, obedecendo rigorosamente às normas e legislações pertinentes ao objeto ora licitado.

5.8. A empresa Contratada deverá manter em estoque quantidades suficientes para o pronto atendimento das necessidades da Administração Pública, tendo em vista que o seu descumprimento acarretará sanções administrativas previstas em termo de referência, inclusive sanções de natureza pecuniária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página n° _____

5.9. Os fatos dispostos no item 5.3. poderá ensejar, quando houver prejuízo de fato ou implicar em potencial prejuízo iminente à administração, ela poderá Cancelar o Registro do fornecedor, ou Rescindir Unilateralmente o Instrumento de Contrato, assegurada defesa prévia, independente de processo administrativo sancionatório, uma vez que o cancelamento ou a rescisão contratual não possui natureza sancionatório, sem prejuízo das sanções dispostas no Termo de Referência e Instrumento de Contrato.

5.10. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à disposição ou fornecimento dos produtos correrão inteira e exclusivamente por conta do contratado.

5.11. O recebimento provisório dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

a) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e identificados;

b) As quantidades dos produtos em conformidade com a Autorização de Compras;

c) No prazo, local e horário de entrega previsto neste termo de referência.

5.12. O recebimento definitivo dos produtos dar-se-á após:

a) Verificação física para constatar a integridade dos mesmos;

b) Verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.

5.13. O FORNECEDOR deverá cumprir rigorosamente com os prazos.

5.14. Os produtos deverão ser de 1ª (qualidade) e atender a legislação vigente

5.15. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos materiais entregues.

5.16. Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos materiais cujos preços unitários excedam o valor licitado. Não serão aceitos materiais/serviços cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

5.17. Todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como: transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como quaisquer outros necessários à disposição ou fornecimento dos materiais/serviços correrão inteira e exclusivamente por conta do Contratado.

7. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O prazo de vigência do presente contrato de prestação de serviços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma legal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para o Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar os



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

objetos deste Contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

7.2. Por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, frete, mão de obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

7.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.4. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.6. Entregar com pontualidade os fornecimentos/serviços solicitados conforme licitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;

7.7. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

7.8. Atender com prontidão às reclamações por parte do receptor dos produtos/serviços, objeto deste contrato;

7.9. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;

7.10. Comunicar ao Município modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante neste contrato;

7.11. Cumprir todas as obrigações de fornecimento dos produtos/execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte deste contrato.

7.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. O CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para o cumprimento do Contrato, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observados as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s), nos termos da Cláusula Quarta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

- 8.2. Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte deste Contrato.
- 8.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada desde que não haja impedimento legal para o fato;
- 8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
- 8.6 - Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
- 8.7. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 8.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- 8.9. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;
- 8.10. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato;
- 8.11. Emitir requisição dos fornecimentos/serviços a serem executados.

9. CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO

- 9.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos da Lei 14.133/2021, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.
- 9.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes ultrapassar o limite indicado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

- 10.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no Edital de Pregão Presencial Por Registro de Preços do qual se originou a Ata de Registro de Preços, a qual faz parte integrante do presente Contrato:
- 10.2. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município e suas secretarias poderão sujeitar a Contratada às penalidades previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:
 - 10.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 10.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 10.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
 - 10.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 10.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

10.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

10.2.9. Fraudar o procedimento licitatório ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

10.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.2.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10.2.12. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

10.2.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.3. O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1. deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do Contratado, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.4.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.4.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

10.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada (se houver) ou será cobrada judicialmente.

10.6. A aplicação das sanções previstas no termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização.

10.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

10.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

11.6. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento o dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos da Lei 14.133/2021.

12.2. Na hipótese de rescisão, o Contratante poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que a advierem do rompimento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1. Será competente o foro da Comarca de Curvelo/MG com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Morro da Garça/MG, ____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: Nome: _____

..... CPF . _____

TESTEMUNHA 2: Nome: _____

..... CPF . _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Pregoeiro (a) _____

Página nº _____

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MODELO (Papel timbrado da licitante)

PROCESSO N.º 040/2024

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024

Objeto: Registro de preços para **aquisição de material técnico laboratorial e hospitalar**, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Saneamento, do Município de Morro da Garça, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, órgão emissor _____ e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 011/2024, não ter recebido do Município de Morro da Garça, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

_____, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Licitante